



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.03322.459.1.060423 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202203091641243245135** dan No. Registrasi BAPETEN **700009.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Global Promedika Service
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120101962007/ 210069381077000
Alamat Instansi : Jl. Penjernihan I No. 38 Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Nama Fasilitas : PT. Global Promedika Service
Lokasi Fasilitas : Jl. Penjernihan I No. 38 , Kota Jakarta Utara , DKI Jakarta

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **05 April 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **06 April 2023**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03322.459.1.060423
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03322.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	CT-Scan





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03322.459.1.060423
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03322.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Moh. Yunus	
2.	Manajer Mutu	Resti Andira	
3.	Manajer Teknis	Boy Kurnia Sandy	
4.	Tenaga Ahli	Yahya Mustofa	berlaku hingga 22 Februari 2027
5.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat Kompetensi PB No. 14CT/SPB-B/DKKN/XII/2019 berlaku hingga 15 Desember 2024
6.	Pelaksana Administrasi	Noni Dwi Humayroh	





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	X2	Ray Safe	R/F sensor	305810	o10236568i305810-A-1	Ya
2.	Multimeter Raysafe X2	Ray Safe	R/F sensor	300951	10227771i300951-A-1	Ya
3.	Multimeter Raysafe X2	Ray Safe	CT sensor	293344	o10227604i293344-1	Ya
4.	Multimeter Raysafe X2	Ray Safe	CT sensor	284539	10235717i284539-1	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	4	buah	Tidak

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Pro-CT Phantom	Pro-Project	Pro-CT	C-FS-000356	Digunakan untuk uji kualitas citra CT dan laser penanda	Ya
2	Phantom-CT	RTI	CTDI Phantom	06218	Digunakan untuk uji informasi dosis pasien CT	Ya
3	Roll Meter	Krisbow	-	10070235	Digunakan untuk uji indikator posisi meja	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03322.459.1.060423
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.

