BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.04345.459.1.110523 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 20222 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-20230222140909238768 9** dan No. Registrasi BAPETEN **700040.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi	:	PT. Saba Indomedika
Nomor Induk Berusaha/ NPWP	:	8120102893612/ 024050049038000
Alamat Instansi	:	Ruko Kedoya Elok Plaza Blok DB33, Jl. Panjang No. 7 - 9 RT/RW 019/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520 Telp. (021) 58356886
Nama Fasilitas	:	PT. Saba Indomedika
Lokasi Fasilitas	:	PT Saba Indomedika, Ruko Kedoya Elok Plaza Blok DB33, Jl. Panjang No. 7 - 9 RT/RW 019/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk , Kota Jakarta Barat , DKI Jakarta 11520, Telp.(021) 58356886, Fax.-

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Mei 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **11 Mei 2023**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04345.459.1.110523
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.04345.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04345.459.1.110523
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.04345.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Hartawan Setiawan	President Director PT Saba Indomedika
2.	Manajer Mutu	Natalia Jeane Mumuh	QMS Manager
3.	Manajer Teknis	Agustinus Trianaka Nurcahya	Customer Support Manager
4.	Tenaga Ahli	Intan Auriani, S.Si	berlaku hingga 22 Februari 2027
5.	Penguji Berkualifikasi	Val Naldo Ladibon Syahadatin	Sertifikat No. 21RU/SPB-00/BAPETEN/XI/2021 berlaku hingga 14 November 2026
6.	Pelaksana Administrasi	Watty Nuraeni	Staf Administrasi

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	RF Meter	RTI	RTI Piranha 557	CB2-21010934	214A71741	Ya
2.	RF meter Raysafe	Ray Safe	Xi RF	144898	o10228413i144898-A-1	Ya
3.	Surveymeter Gamma Pehamed	Pehamed Gerate GmbH	CD Gam 1	0280	38400/LT/KAUR/05/2022	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	10	unit	Tidak

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Lux Meter	Lutron	LX-1128SD	S030729	untuk menguji iluminasi	Ya
2	Mistar	MC	-	010	untuk mengukur panjang bidang	Ya
3	Rol meter	Tajima	-	-	untuk mengukur jarak	Ya
4	Waterpass	-	-	001	untuk menilai kesejajaran bidang	Ya
5	Thermohygro	Krisbow	-	1020785-0129-0121	untuk memantau suhu dan kelembaban ruangan	Ya
6	Collimator Aligment Test Tool	Gammex	161B	800422-140605	untuk menguji kesesuaian berkas sinar-X	Ya

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
7	Beam alignment test tool	Gammex	162A	800423-11833	untuk menguji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
8	Attenuator Al 21 mm	Pro project	Pro RF Al 21	R-PN-000164	untuk uji densitas dan uniformitas AEC Radiografi	Ya
9	Collimator Aligment Test Tool	Pro project	Pro Fluoro	R-FP-000333	untuk menguji kesesuaian berkas sinar-X	Ya
10	Lembaran PB 2 mm	-	-	-	untuk uji kebocoran wadah tabung	Ya
11	Phantom abdomen	CIRS	903 Radiography Fluoroscopy QA Phantom	M-431	untuk uji penjejakan pada AEC Radiografi	Ya
12	Filter Aluminium	LTO	-	-	untuk uji kualitas berkas sinar-X secara manual	Ya
13	Rol meter	O-ni	-	32G-5019	untuk mengukur jarak	Ya
14	Thermohygro	Krisbow	-	1020785-0079-0122	untuk memantau suhu dan kelembaban ruangan	Ya
15	Mistar	Kapro	-	012	untuk mengukur panjang bidang	Ya
16	Waterpass	Stanley	-	011	untuk menilai kesejajaran bidang	Ya
17	Ocean software	RTI	-	-	untuk merekam dan mengolah data dari multimeter RTI	Ya
18	Xi View software	Raysafe	-	-	untuk merekam dan mengolah data dari multimeter Raysafe	Ya
19	Lux Meter	Raysafe	light detector	261887	untuk menguji iluminasi	Ya

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.04345.459.1.110523
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.