



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 00022.458.3.070524

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari KTUN rekomendasi No. 01928.458.1.280223

TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, **Sertifikat Standar telah terverifikasi No. 12102100460340008** serta No. Registrasi BAPETEN **M-0019.24**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : **BLU Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1210210046034**
Alamat : **Jl. Percetakan Negara No. 23A, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10570**
Nama Fasilitas / Proyek : **Laboratorium Doismetri BPAFK Jakarta**
Lokasi Usaha : **Jl. Percetakan Negara No. 23A, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10570**

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Februari 2026**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Mei 2024

a.n Kepala BAPETEN,
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Zainal Arifin
NIP. 196609301993121001



LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 00022.458.3.070524
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)

Daftar Personil

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Subadri	Kepala BPAFK Jakarta
2.	Manajer Mutu	Azizah	Koordinator Kelompok Substansi Tata Operasional
3.	Manajer Teknis	Febrianto Hermawan	Kepala Instalasi Laboratorium Dosimetri BPAFK Jakarta
4.	Penyelia	Arief Rivai	Wakil Kepala Instalasi Laboratorium Dosimetri BPAFK Jakarta
5.	Pelaksana Teknis	1. Febrianto Hermawan 2. Arief Rivai 3. Galuh Kemala Sari Gunawan Putri 4. Hanifah Nur Syafitri 5. Dewiana	-
6.	Pelaksana Administrasi	Iwan Setiawan	-



LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 00022.458.3.070524
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)

Daftar Sarana dan Peralatan

No.	Jenis Alat	Jumlah	Merek	Model	No. Seri
1.	PTW Elektrometer	1 set	Unidose W	T10022	02290
2.	Detektor Farmer Chamber	1 set	PTW	TW 30013	10523
3.	Detektor Semiflex	1 set	PTW	TW 31010	7638
4.	Detektor Ross Chamber	1 set	PTW	TW 34001	3074
5.	Water tank Phantom MP1	2 set	PTW	T41025	000176
6.	Welltype Chamber	1 set	PTW	Sourcechenck TW 33005	122073
7.	Thermometer	3 unit	Fluke	54 II	91360001
			Greisinger	(water proof)	32409404 dan 32409406
8.	Waterpass	1 unit	Fixit	Laser LevelPro 3 8ft/250CM	-
9.	Thermo-hygro-barometer	3 unit	Greisinger	GFTB 100	22252
				GFTB 200	57289 dan 3490748



LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 00022.458.3.070524
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)

Ketentuan dan Kondisi

1. Diberikan untuk penambahan sub lingkup Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi untuk modalitas Teleterapi Co-60, Linac pada berkas foton dan elektron serta Brakhiterapi.
2. KTUN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan KTUN rekomendasi No. 01928.458.1.280223.
3. Wajib menyampaikan Sertifikat Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi berikut Laporan Hasil Uji, termasuk data mentahnya ke BAPETEN.