



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.01563.459.1.160225 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202406130834543617305** dan No. Registrasi BAPETEN **700026.24** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Karya Medika Andalan
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 1003230006199/ 401244488412000
Alamat Instansi : Komplek Ruko Verbena Blok B, Jl. Boulevard Grand Depok City No. 9, Tirtajaya, Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat, 16412 Telp. 085311483400
Nama Fasilitas : LUK PT. Karya Medika Andalan
Lokasi Fasilitas : Jl. Raya Lenteng Agung Baru No. 27 RT.011 / RW.008, Lenteng Agung, Jagakarsa , Kota Jakarta Selatan , DKI Jakarta 12610, Telp.085311483400

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **15 Februari 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**


Pada tanggal : **16 Februari 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.01563.459.1.160225
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.01563.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.01563.459.1.160225
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.01563.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Ratmana	Direktur Perseroan
2.	Manajer Mutu	Ratmana	Direktur Perseroan
3.	Manajer Teknis	Catur Yuniarto, S.Si.	
4.	Tenaga Ahli	-	
5.	Penguji Berkualifikasi	Gatot Dwi Purwanto	Sertifikat No. 08RU/SPB-02/BAPETEN/VI/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 19 Juni 2027
		Gatot Dwi Purwanto	Sertifikat No. 05DT/SPB-02/BAPETEN/VI/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 19 Juni 2027
6.	Pelaksana Administrasi	Hilwa Syahidah	





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Gamma RaySafe	Ray Safe	Xi Survey	232034	No. 149006/LT/RP/04/2024	Ya
2.	Multimeter RaySafe	Ray Safe	Xi R/F sensor	188196	o70008953i188196-B-2	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminescence Dosimeter)	4	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Lux Meter	TASI	TA-632B	240672315	untuk pengujian iluminasi	Ya
2	Colimator Test Tool	Pro Project	Pro Fluo 150	RFD-000350	untuk pengujian kolimasi berkas sinar-X	Ya
3	Beam Alignment Test Tool	Pro Project	Pro Fluo 150	RFD-000350	untuk pengujian ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
4	Rule Stainless Steel	Fixman	100cm	-	untuk mengukur dan mengevaluasi jarak	Ya
5	Measuring Tape	Zehn	ZMM	5G48X	untuk mengukur dan mengevaluasi jarak	Ya
6	Waterpass	Tekiro	GT-WP1711	8994175006634	untuk memastikan kerataan bidang	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
7	Thermohygrometer	Notale	Lokal	NTL-HM370	untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan	Ya
8	HVL Filter Set	Pro Project	Pro-HVL	A-HV-100479	untuk pengujian kualitas berkas sinar-X	Ya
9	Alumunium Attenuator	Pro Project	Pro-RF AL 21	R-PN-000240	untuk pengujian AEC	Ya
10	Fantom PMMA Abdomen	QAP Suitcase Zenith	5133120	824	untuk pengujian AEC	Ya
11	Lempeng Pb	Lokal	Lokal 3mm	-	untuk pengujian kebocoran wadah tabung dan pengujian AEC	Ya
12	Radiochromic Film	gafchromic	EBT3-1417	115-019	untuk pengujian lapangan berkas sinar-X	Ya
13	Marker Set	Lokal	Lokal	-	Penanda pengujian pada Film / plat detector	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.01563.459.1.160225
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.01563.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup yang relevan paling lama sebelum masa berlaku KTUN/rekomendasi ini berakhir. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

