



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.02966.459.1.240325 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202409201614359079472** dan No. Registrasi BAPETEN **700042.25** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Superintending Company of Indonesia
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120015270183/ 013009923093000
Alamat Instansi : Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7986473,
Nama Fasilitas : LUK PT. Sucofindo
Lokasi Fasilitas : Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Sukadanau, Cikarang Barat , Kab. Bekasi , Jawa Barat 17520

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **23 Maret 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **24 Maret 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.02966.459.1.240325
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.02966.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.02966.459.1.240325
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.02966.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Dani Pramantyo	Kepala SBU Laboratorium
2.	Manajer Mutu	Sury Andrini	Kabag Jaminan Mutu & Manajemen Risiko
3.	Manajer Teknis	Nanang Yulianto	Kasubag ALKES
4.	Tenaga Ahli	-	
5.	Penguji Berkualifikasi	Galuh Melati Putri	Sertifikat No. 08RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 9 Agustus 2027
		Kamil Rusdi	Sertifikat No. 10DT/SPB-00/BAPETEN/XII/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 14 Desember 2027
6.	Pelaksana Administrasi	Dhimas Prasetyo	-





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F sensor	285921	o10252094i285921-B-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 Survey Sensor	281339	o10252105i281339-1	Ya
3.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 mAs	282357	o10252110i2357-1	Ya
4.	Surveimeter Gamma SE International	SE International	Ranger	R 308399	148521/LT/RP/04/2024	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	3	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Radiography AEC Phantom	Leeds Test Objects	TO AEC	0164	untuk pengujian AEC radiografi	Ya
2	Waterpass	Krisbow	KW01-3906	TEK-270/CHY-042	untuk memastikan kerataan bidang	Ya
3	Beam Alignment and Colimator Test Tool	Leeds Test Object	TOR ABC	198	untuk uji kolimasi radiografi	Ya
4	Marker Penanda	-	-	MP-01	untuk penanda citra radiografi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Film Radiochromic	Ashland	XR-SP2	Lot 11152101	untuk uji kolimasi pesawat gigi	Ya
6	Attenuator Al tebal 21 mm	Pro Project	Pro-RF Al21/02-307	R-PN-000199	untuk pengujian AEC radiografi	Ya
7	Lempeng Pb tebal 2 mm	Lokal	-	PB-01	untuk uji kebocoran wadah tabung	Ya
8	Thermohygrometer	-	HTC 1	TH-15	untuk mengukur kondisi lingkungan pengujian	Ya
9	Portable Lux Meter	DELTA OHM	HD2302.0	24010497	untuk uji iluminasi	Ya
10	Meteran	TRICLE BRAND	LONG TAPE	0105/ALKES-03	untuk mengukur jarak	Ya
11	Lux Meter (X-Ray Multimeter)	Raysafe	X2 Light Sensor	288567	untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.02966.459.1.240325
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.02966.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup yang relevan paling lama sebelum masa berlaku KTUN/rekomendasi ini berakhir. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Penguji Berkualifikasi yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

