



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03249.459.1.020424
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202402061406035993176** dan No. Registrasi BAPETEN **700005.24** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Enseval Medika Prima
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120107911334/ 023130719007000
Alamat Instansi : Jl. Pulolentut No. 12, Kawasan Industri Pulogadung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920 Telp. 021 4682 3234 Fax. 021 4682 2413
Nama Fasilitas : LUK PT. Enseval Medika Prima
Lokasi Fasilitas : Jl. Pulo Lentut No. 12 Kav. B, Kawasan Industri Pulo Gadung , Kota Jakarta Timur , DKI Jakarta 13920, Telp.021-46823234, Fax.021-46822413

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **01 April 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **02 April 2024**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03249.459.1.020424
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.03249.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03249.459.1.020424
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.03249.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Heru Tjahjadi	Direktur Perseroan
2.	Manajer Mutu	Dyan Iryani Novelisa Senja	-
3.	Manajer Teknis	Bariklana Riza Bayu Aji	-
4.	Tenaga Ahli	Nenden Tiara Sukmawati	Sertifikat No. 073.02.1.1.01.31102023 Sub lingkup Radiografi Umum
5.	Penguji Berkualifikasi	Antonius Sagita	Sertifikat No. 09RU/SPB-02/BAPETEN/VI/2022 Sub lingkup Radiografi Umum
		Yunan Arimuntian	Sertifikat No. 18RU/SPB-01/DKKN/XI/2019 Sub lingkup Radiografi Umum
6.	Pelaksana Administrasi	Jehan Siti Masitoh	-





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveimeter Gamma Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	RaySafe 452 Ambient	278146	YK.05.02/D.LIII/40925/2023	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F	292093	o70007495i292093-A-1 & B-1	Ya
3.	Surveymeter RaySafe	Ray Safe	X2 Survey	281640	o70007133i281640-1	Ya
4.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha base unit	CB2-15060222	242A88258	Ya
5.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Dose Probe	1411231	242F126992	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	6	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Beam Alignment Tool Pro-Project	Pro-Project	02-105	R-CG-000149	-	Ya
2	Roll Meter	-	-	RM-EMP-01	-	Ya
3	Waterpass	-	-	WP-EMP-01	-	Ya
4	Collimator Test Tool Stainless Steel	Gamex	161B	805818-191205-48	-	Ya
5	Beam Alignment Test Tool	Gamex	162A	800423-12630	-	Ya
6	AEC Phantom	Pro Project	Pro-RF AEC PMMA	R-PP-000308	-	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
7	HVL Filter	Pro-Project	Pro-HVL standart set	A-HV-100384	-	Ya
8	Densitometer	Pehamed	DensoDent/0312	-	-	Ya
9	Light Probe	RTI	Light Probe Lux	1605051	-	Ya
10	Luxmeter	Delta OHM	HD2102.1	22026292	-	Ya





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03249.459.1.020424
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

