



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04333.459.1.070524**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202403091519542196949** dan No. Registrasi BAPETEN **700012.24** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : BLU Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan  
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 1210210046034/ 002155794024000  
Alamat Instansi : Jl. Percetakan Negara No. 23A Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10570 Telp. (021) 4240406 Fax. (021) 4244168  
Nama Fasilitas : LUK BPAFK Jakarta  
Lokasi Fasilitas : Jl. Percetakan Negara No. 23 A , Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10570, Telp.(021) 4244168, Fax.(021) 4244168

Rincian Data Teknis:  
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **06 Mei 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **07 Mei 2024**

a.n. Kepala  
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin  
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





**LEMBAR TAMBAHAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04333.459.1.070524**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 24.1.04333.001**

**Daftar Sub Lingkup Penunjukan**

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





**LEMBAR TAMBAHAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04333.459.1.070524**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 24.1.04333.001**

**Daftar Personil**

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Subadri	Kepala BPAFK Jakarta
2.	Manajer Mutu	Azizah	Koordinator Kelompok Substansi Tata Operasional
3.	Manajer Teknis	Samburi, ST.	Kepala Instalasi Lab. PRUK
4.	Tenaga Ahli	Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 10RU/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Sertifikat Kompetensi TA
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 03RU/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 22 Agustus 2027
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 02FR/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 22 Februari 2027
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 05FR/STA-1/DKKN/IX/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 06 September 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 007.02.2.4.01.02032023 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 05MM/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 010.02.2.5.01.02032023 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 02CT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 22 Februari 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 009.02.2.2.01.02032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 05DT/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 06DT/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Samburi, ST.	Sertifikat No. 04RU/SPB1-00/BAPETEN/II/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 16 Februari 2025
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 20RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 25 Agustus 2027
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 39RU/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Endang Supatmi	Sertifikat No. 35RU/SPB-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 062.01.1.1.01.11092023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 10 September 2028
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 41RU/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 05FR/SPB-B/DKKN/XI/2019 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku sd 30 November 2024
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 20FR/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 15-12-2025
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 22FR/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 15-12-2025
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 21FR/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 15-12-2025
		Endang Supatmi	Sertifikat No. 17FR/SPB-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 15-12-2025
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 045.01.1.3.01.05062023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 04-06-2028
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 16DT/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 15-12-2025
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 19DT/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 15-12-2025
		Endang Supatmi	Sertifikat No. 08DT/SPB-01/DKKN/VIII/2019 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 13-10-2024
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 08DT/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 25-08-2027
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 063.01.1.2.01.11092023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 10-09-2028
		Bayu Komala	Sertifikat No. 002.01.2.2.01.01032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 29-02-2028
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 05MM/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 15-12-2025
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 03MM/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 15-12-2025
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 06MM/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 15-12-2025
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 05MM/SPB-00/BAPETEN/IX/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 07-09-2027
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 15CT/SPB-02/BAPETEN/IX/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 29-09-2027
Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 11CT/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 15-12-2025		
Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 01CT/SPB-00/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 22-04-2026		
Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 17CT/SPB-02/BAPETEN/IX/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 29-09-2027		





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Emytri	Koordinator Substansi Pelayanan Teknis





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**Daftar Prasarana**

**Data Alat Ukur Radiasi**

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F sensor	246314	o70007045i246314-A-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 MAM sensor	246464	o70007025i246464-A-1	Ya
3.	Survey sensor RaySafe	Ray Safe	X2 Survey sensor	230058	o70006888i230058-1	Ya
4.	Ion Pencil Detektor RaySafe	Ray Safe	X2 CT sensor	257112	o70007087i257112-1	Ya
5.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F sensor	317360	o70003566i317360-A-1	Ya
6.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 MAM sensor	312466	o70001410i312466-A-1	Ya
7.	Ion Pencil Detektor RaySafe	Ray Safe	X2 CT sensor	317589	o70002796i317589-1	Ya
8.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F sensor	208366	o10238538i208366-A-1	Ya
9.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 MAM sensor	202863	o10238621i202863-A-1	Ya
10.	Ion Pencil Detektor RaySafe	Ray Safe	X2 CT sensor	203482	o10238432i203482-1	Ya
11.	Thermo Electron	Thermo Electron	Bicron Micro Sivert LE	1393	YK.05.02/E.IX/10971/2024	Ya
12.	Surveymeter Gamma Mini Rad	Mini Rad	1000	265	YK.05.02/E.IX/10972/20224	Ya
13.	Surveymeter Gamma Fluke	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	6785	YK.05.02/E.IX/10974/2024	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
14.	Surveymeter Gamma Rados	Rados	RDS-40WE	320402	YK.05.02/E.IX/10975/2024	Ya
15.	Surveymeter Gamma RaySafe	Fluke Biomedical	452	294675	87027/LT/KAUR/04/2023	Ya
16.	Surveymeter Gamma Fluke	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	6586	YK.05.02/E.IX/10973/2024	Ya
17.	Multimeter X Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F sensor	317348	o70003867i317348-B-1	Ya
18.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-11100043	2310A86874	Ya
19.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	0709111	2310F124196	Ya
20.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 556 (Base Unit)	CB2-10080602	2310A86882	Ya
21.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose Profiler	DP2-11100240	2310F124208	Ya
22.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-08080063	239A86112	Ya
23.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1107050	239F122585	Ya
24.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose profiler	DP2-10070221	2310F124209	Ya
25.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-15080362	239A86097	Ya
26.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1005073	239F122584	Ya
27.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose profiler	DP2-15110053	239F122590	Ya
28.	Ion Pencil Detektor RTI	RTI	DCT 10 RS LEMO	CTDI-0830	2210K3627	Ya
29.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1804108	2210F112396	Ya
30.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-18070144	2210J16784	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
31.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Cobia Flex	CB4-17091916	239A86101	Ya
32.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1704128	239F122588	Ya
33.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 656 (Base unit)	CB2-07100382	239A86110	Ya
34.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Cobia Flex	CB4-15040699	239A86100	Ya
35.	Multimeter X Ray RTI (adaptor ion chamber)	RTI	Chamber Adapter	AC1-20100214	2210G49371	Ya
36.	Ion Pencil Detektor RTI	RTI	CT Ion Chamber (Kerma-length detector)	IC1-20110036	2210K3629	Ya

**Alat Pemantauan Dosis Perorangan**

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	20	buah	Ya

**Daftar Peralatan Uji**

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Lightmeter	Hioki	FT3424	151114828	untuk uji iluminasi	Ya
2	Lightmeter	Hioki	FT3424	170827930	untuk uji iluminasi	Ya
3	Lightmeter	Hioki	FT3424	170343573	untuk uji iluminasi	Ya
4	Hygro - Thermo - Barometer	Greisinger	GFTB 100/GRS 3100	22252	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya








**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Hygro - Thermo - Barometer	Greisinger	GFTB 200	34901996	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
6	Hygro - Thermo - Barometer	Greisinger	GFTB 100	021110-02	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
7	Roll Meter	MESSI	-	warna: hijau	untuk mengukur jarak	Ya
8	Roll Meter	TOHO	-	160913 / F	untuk mengukur jarak	Ya
9	Roll Meter	TOHO	-	160913 / G	untuk mengukur jarak	Ya
10	Roll Meter	O-NI	32G-5019	-	untuk mengukur jarak	Ya
11	Collimator test tool	Gammex	Gammex	-	untuk uji kolimasi	Ya
12	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	173	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
13	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	0070	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
14	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	0071	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
15	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	0072	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
16	Collimator test tool	Gammex	Gammex	800422-110725	untuk uji kolimasi	Ya
17	Collimator test tool	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	R-CG-000142	untuk uji kolimasi	Ya
18	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	202	untuk uji kolimasi	Ya
19	Beam alignment test tool	Gammex	Gammex	-	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
20	Collimator test tool	RMI	RMI	-	untuk uji kolimasi	Ya
21	Beam alignment test tool	Gammex	Gammex	800423-11438	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
22	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	201	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
23	Beam alignment test tool	Gammex	Gammex	800423-10927	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
24	Beam alignment test tool	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	R-CG-000142	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
25	Phantom Resolusi Fluoroscopi	CIRS	903	-	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
26	Fantom Geometri Mammo	Pro-MAM Geometry	03-107	M-GY-000105	untuk uji kualitas citra mammografi	Ya
27	Fantom ACR Mammo	Gammex	Gammex	800004-1506095	untuk uji kualitas citra mammografi standar ACR	Ya
28	Slab Phantom Mammo	Gammex	Gammex	801811-1570	untuk uji AEC mammografi	Ya
29	Phantom Citra CT Scan	Gammex	Gammex	804882-4209	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)


NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
30	Phantom CTDI CT Scan	RTI CT Phantom	RTI CT Phantom	06199	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
31	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Leeds Test Object / TOR 18FG	Leeds Test Object / TOR 18FG	W09662	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
32	Fantom Geometri Mammo	Pro-MAM Geometry/03-107	Pro-MAM Geometry/03-107	M-GY-000116	untuk uji kolimasi mammografi	Ya
33	Fantom ACR Mammo	Gammex	Gammex	800004-1607057	untuk uji kualitas citra mammografi standar ACR	Ya
34	Slab Phantom Mammo	Gammex	Gammex	801811-1572	untuk uji AEC mammografi	Ya
35	Phantom Citra CT Scan	Gammex	Gammex	804740-5510	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
36	Phantom CTDI CT Scan	RTI CT Phantom	RTI CT Phantom	06173	untuk uji CTDI	Ya
37	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Leeds Test Object / TOR CDR	Leeds Test Object / TOR CDR	W01392	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
38	Fantom Geometri Mammo	Pro-MAM Geometry/03-107	Pro-MAM Geometry/03-107	M-GY-000117	untuk uji kolimasi mammografi	Ya
39	Phantom Citra CT Scan	Gammex	Gammex	804882-4211	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
40	Phantom CTDI CT Scan	Saveray / CATO-2 Phantom	Saveray / CATO-2 Phantom	10022-031	untuk uji CTDI	Ya
41	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Pro-Project/Pro-Digi 02-102	Pro-Project/Pro-Digi 02-102	R-DP-000233	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
42	Phantom Citra CT Scan	Pro Project / 04-304	Pro Project / 04-304	C-FS-000349	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
43	Phantom CTDI CT Scan	3-part PMMA CT Phantom	3-part PMMA CT Phantom	-	untuk uji CTDI	Ya
44	Phantom Resolusi Fluoroskopi	Raysafe / P Fluoro	Raysafe / P Fluoro	14-00254	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
45	Phantom Resolusi Fluoroskopi	Primus A	Primus A	18-0301	untuk uji kolimasi dan kualitas citra fluoroskopi	Ya
46	Set Phantom Mammo	LeedsTestObject / DMAM2	LeedsTestObject / DMAM2	-	untuk uji kualitas citra dan AEC mammografi	Ya
47	Set Fantom Mammo	PASMAM 1054	PASMAM 1054	18004	untuk uji missing tissue dan kualitas citra mammografi	Ya
48	Phantom Resolusi Fluoroskopi	Pro-Project/Pro-Fluo 02-103	Pro-Project/Pro-Fluo 02-103	R-FP-000185	untuk uji kolimasi dan kualitas citra fluoroskopi	Ya
49	Hygro - Thermo - Barometer	Greisinger	GFTB 100/GRS 3100	22251	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
50	Multimeter X-Ray	RTI	RTI Light Probe	1506011	untuk uji iluminasi	Ya
51	Multimeter X-Ray	RTI	RTI Light Probe	1605169	untuk uji iluminasi	Ya
52	Multimeter X-Ray	RTI	RTI Light Probe	1704102	untuk uji iluminasi	Ya
53	Multimeter X-Ray	Raysafe	X2 Light Sensor	243311	untuk uji iluminasi	Ya
54	Phantom Pro-Dent	Pro-Project	01-201	D-PS-001367	untuk uji kolimasi intraoral	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
55	Phantom Pro-Dent All	Pro-Project	01-203	D-PS-001654	untuk uji kolimasi intraoral	Ya
56	Waterpass	-	-	-	mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal	Ya
57	Atenuator Al 21 mm	-	-	-	atenuator untuk uji AEC Radiografi	Ya
58	Attenuator Filter Cu tebal 1 mm	-	-	-	atenuator untuk uji AEC Radiografi maupun pengujian di fluoroskopi	Ya
59	Lempeng Pb tebal 2 mm	-	-	-	untuk uji kebocoran wadah tabung maupun beberapa uji lainnya	Ya





**LEMBAR TAMBAHAN III**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04333.459.1.070524**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**

**Ketentuan dan Kondisi**

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

