



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04868.458.1.220524**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LABORATORIUM DOSIMETRI)**

Berdasarkan ketentuan PP No. 45 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 118, TLN No. 6890) dengan No. Registrasi BAPETEN 700010.24, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru  
NPWP : 001804913732000  
Alamat Instansi : Jl. Banua Praja Utara, RT.03 RW.01, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 70732 Telp. 0511-5915674 Fax. 0511-5915674  
Nama Fasilitas : Laboratorium Dosimetri LPAFK Banjarbaru  
Lokasi Fasilitas : Jl. Banua Praja Utara, RT.03 RW.01, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka , Kota Banjar Baru , Kalimantan Selatan 70732, Telp.0511-5915674, Fax.0511-5915674

Rincian Data Teknis:  
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **21 Mei 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **22 Mei 2024**

a.n. Kepala  
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin  
NIP.196609301993121001





**LEMBAR TAMBAHAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04868.458.1.220524**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LABORATORIUM DOSIMETRI)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 24.1.04868.001**

**Daftar Sub Lingkup Penunjukan**

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Evaluasi Peralatan Pemantau Dosis Eksterna





**LEMBAR TAMBAHAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04868.458.1.220524**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LABORATORIUM DOSIMETRI)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 24.1.04868.001**

**Daftar Personil**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Manajer Puncak	Yuni Irmawati, SKM, MA	Kepala LPAFK Banjarbaru
2.	Manajer Mutu	Muhammad Arrizal Septiawan	Koordinator Tata Operasional
3.	Manajer Teknis	Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	Kepala Instalasi Lab Pengujian Pemantauan Dosis Eksternal
4.	Penyelia	Annas Dwi Ma'ruf, ST	Koordinator Instalasi Dosimetri
		Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	
5.	Pelaksana Teknis	Annas Dwi Ma'ruf, ST	
		Weirna Yusanti, S.Si	
6.	Pelaksana Administrasi	Davina Audy Fitriana	





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**Daftar Sarana**

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Ruang Administrasi	1	-	Ya
2.	Ruang Pengujian, Evaluasi atau Analisa	1	-	Ya
3.	Ruang Preparasi Sampel	1	-	Ya
4.	Ruang Penyimpanan SRP	1	-	Ya

**Daftar Prasarana**

**Alat Pemantauan Dosis Perorangan**

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	400	unit	Ya

**Peralatan ZRA**

NO	Radionuklida	Tipe/No.Seri	Sifat/Bentuk	Aktivitas	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Sr-90	VZ-3271-001/ AD-3000		18.5 MBq / 2016-04-01	1	Ya

**Daftar Peralatan Uji**

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	TLD reader	Harshaw	6600 Plus	160274	Alat TLD reader	Ya
2	Hygrothermograph	Sekonic	ST 50A	HE02B-000320	Alat pendukung	Ya
3	Hygrothermograph	Sekonic	ST 50	HE01-203004	Alat pendukung	Ya
4	Hygrothermometer	Extech	RH490	A20030891	Alat pendukung	Ya
5	Dehumidifier	Kris	PD23E-20	-	Alat Pendukung	Ya





**LEMBAR TAMBAHAN III**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.04868.458.1.220524**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LABORATORIUM DOSIMETRI)**

**Ketentuan dan Kondisi**

1. Diberikan untuk evaluasi peralatan pemantau dosis eksternal sub-lingkup TLD (Thermoluminescence Dosimeter) Badge merek Harshaw pada besaran Hp (3) dan Hp (10) .

