



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.05403.459.1.110625 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202503181613468407953** dan No. Registrasi BAPETEN **700060.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Global Medik Persada
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120103801844/ 315677799416000
Alamat Instansi : Jl. Raya Kebon Jeruk No. 26, RT/RW 011/002, Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530 Telp. (021) 50899710
Nama Fasilitas : LUK PT. Global Medik Persada
Lokasi Fasilitas : Jl. Raya Kebon Jeruk No. 26, RT/RW 011/002, Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk ,
Kota Jakarta Barat , DKI Jakarta 11530

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Juni 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **11 Juni 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05403.459.1.110625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05403.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Fluoroskopi
2.	CT-Scan
3.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05403.459.1.110625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05403.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Daniel Soeprianto	President Director
2.	Manajer Mutu	Maria Marchella	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Maria Marchella	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	-	
5.	Penguji Berkualifikasi	Adam Rahmanu	Sertifikat No. 133.01.1.3.01.03122024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 02 Desember 2029
		Faisal Utama, S.Si	Sertifikat No. 002.01.2.2.01.20022025 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 19 Februari 2030
		Faisal Utama, S.Si	Sertifikat No. 03CT/SPB-00/BAPETEN/V/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 10 Mei 2027
		Faisal Utama, S.Si	Sertifikat No. 046.01.1.3.01.05062023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 04 Juni 2028
6.	Pelaksana Administrasi	Bill Yosua Ponomban	Admin LUK





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveimeter Gamma Thermo Scientific	Thermo Scientific	RadEye G20-10	31879	201545/LT/RP/02/2025	Ya
2.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	2138001	245F130421	Ya
3.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI CT Ion Chamber (Kerma-length detector)	IC1-21120121	246K4390	Ya
4.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha Base Unit	CB2-21090232	246A89865	Ya
5.	Surveyometer Gamma Thermo Scientific	Thermo Scientific	RadEye G20-10	31857	194534/LT/RP/12/2024	Ya
6.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	2001243	233A83299	Ya
7.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI CT Ion Chamber (Kerma-length detector)	ICI-20120310	233K3808	Ya
8.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha Base Unit	CB2-20080058	233A83299	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminescence Dosimeter)	8	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
----	-----------------	-------	------	---------	------------	--------------------------





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Lux meter	RTI	Light Probe	1911072	untuk uji iluminasi	Ya
2	Lux meter	RTI	Light Probe	1911200	untuk uji iluminasi	Ya
3	Penggaris besi	Joyko	300 mm	A	untuk mengukur dimensi	Ya
4	Penggaris besi	Joyko	300 mm	B	untuk mengukur dimensi	Ya
5	Alat uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Pro Project	Pro-RF Geometry 02-106	R-CG-000235/207	untuk uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Ya
6	Alat uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Pro Project	Pro-RF Geometry 02-106	R-CG-000282/255	untuk uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Ya
7	Alat uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Leed Test Object	TOR ABC	251-253	untuk uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Ya
8	Fantom uji kualitas citra Flouroskopi	Leed Test Object	TOR 18 FG	W14298-W14299	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
9	Fantom PMMA abdomen	Pro Project	Pro-RF AEC PMMA	R-PP-000307	untuk uji AEC Radiografi dan laju dosis tipikal pasien Fluoroskopi	Ya
10	Fantom PMMA abdomen	Leed Test Object	TO AEC	-	untuk uji AEC Radiografi dan laju dosis tipikal Fluoroskopi	Ya
11	Roll meter	Vezel	3000 mm / 1 mm	A	untuk mengukur jarak	Ya
12	Roll meter	ATN	5000 mm / 1 mm	B	untuk mengukur jarak	Ya
13	Film radiochromic	Gafromic	-	-	untuk uji kolimasi pesawat gigi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
14	Lempeng Cu	Lokal	Tebal 2 mm	-	untuk uji laju dosis tipikal pasien Fluoroskopi	Ya
15	Lempeng Pb	Lokal	Tebal 2 mm	-	untuk uji kebocoran wadah tabung dan laju dosis maksimum di udara Fluoroskopi	Ya
16	Attenuator Alumunium 21 mm	Pro Project	Pro-RF Al 21/02- 307	R-PN-000166	untuk uji AEC Radiografi	Ya
17	HVL filter	Pro Project	-	-	untuk uji HVL secara manual	Ya
18	Fantom CTDI	Euromechanics Medical	CATO-2	10022-028	untuk uji CTDI	Ya
19	Fantom uji kualitas citra CT	Sun Nuclear	CT ACR 464 Phantom	804740-6495	untuk uji kualitas citra CT Scan	Ya
20	Waterpass	-	-	GMP-WTP-01	untuk memeriksa kerataan bidang	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05403.459.1.110625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05403.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
2. Penguji Berkualifikasi yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.
4. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup CT Scan sebelum tanggal 21 Februari 2026 dan sub lingkup Fluoroskopi serta Pesawat Gigi sebelum tanggal 10 November 2026. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi dan akan dikenakan pugutan PNBP untuk setiap penerbitan Sertifikat atau Notisi Uji Kesesuaian.

