BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05571.458.1.160625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-20250421113000767359 6** dan No. Registrasi BAPETEN **700058.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi	:	PT. Alypz International Indonesia
Nomor Induk Berusaha/ NPWP	:	1261000492983/ 024198327063000
Alamat Instansi	:	Ruko Graha Strategic (Gatic) Blok C.1, Jl. Perumnas No. 83, Caturtunggal, Depok Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 4469040
Nama Fasilitas	:	Laboratorium Dosimetri PT. Alypz International Indonesia
Lokasi Fasilitas	:	Graha Strategic (Gatic) Blok C-1, Jalan Perumnas No. 83, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta , Kab. Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Telp.(0274) 4469040

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **15 Juni 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **16 Juni 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05571.458.1.160625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05571.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Evaluasi Peralatan Pemantau Dosis Eksterna

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05571.458.1.160625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05571.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Nur Ahmadi Wijaya	Manajer Puncak
2.	Manajer Mutu	Alvayuni Sulistyanto Nugroho	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Nur Ahmadi Wijaya	Manajer Teknis
4.	Penyelia	Arum Putri Sholihati, S.ST	Penyelia
5.	Pelaksana Teknis	Ardiansyah	Pelaksana Teknis
		Dyah Kumala Sari	Pelaksana Teknis
6.	Pelaksana Administrasi	Alvayuni Sulistyanto Nugroho	Pelaksana Administrasi

Daftar Sarana

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Ruang Administrasi	1	Ruang Adminitrasi PT Alypz International Indonesia	Ya
2.	Ruang Pengujian, Evaluasi atau Analisa	1	Ruang Pengujian OSL Dosimeter	Ya
3.	Ruang Preparasi Sampel	1	Ruang Preparasi OSL	Ya
4.	Ruang Penyimpanan Peralatan	1	Ruang Penyimpanan RDSL	Ya

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	OSL Reader Landauer	Landauer	MicroStar	14740813	Sertifikat Kalibrasi Microstar 2025	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	OSLD	5	unit	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Thermohygrometer	HTC-1	HTC-1	HTC-1	Alat pemantauan suhu dan kelembapan udara	Ya
2	Annealer	NA	NA	NA	Alat Annealer OSL	Ya
3	Laptop	Lenovo	Thinkpad	NA	Laptop Pembacaan OSL	Ya
4	Kartu Set Kalibrasi OSL	Landauer	XA	NA	Kartu Set Kalibrasi OSL	Ya
5	Kartu Set QC	Landauer	XA	NA	Kartu Set QC	Ya

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05571.458.1.160625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05571.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Diberikan untuk evaluasi peralatan pemantau dosis eksterna sub-lingkup OSL (optically stimulated luminescense) Badge besaran Hp (10) dan Hp (0,07) serta Hp (3) untuk lensa mata dengan tipe dosimeter yang dapat dilayani adalah inLight XA (personal monitoring) dan EX (environmental monitoring). Tidak dapat untuk memantau penerimaan dosis dari radiasi netron.