



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.05719.459.4.190625 TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan PP No.33 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.74, TLN No. 4730) dengan No. Registrasi BAPETEN **700067.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya
NPWP : 002079770606000
Alamat Instansi : Jl. Karangmenjangan No. 22 Kota Surabaya, Jawa Timur, 60286 Telp. (031) 5035830 Fax. (031) 5021002
Nama Fasilitas : LUK BPAFK Surabaya
Lokasi Fasilitas : Jl. Karangmenjangan No. 22 , Kota Surabaya , Jawa Timur 60286, Telp.(031) 5035830, Fax.(031) 5021002
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil,Sarana) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III Nomor 04980.459.1.270524 diubah sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **26 Mei 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **19 Juni 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin

NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05719.459.4.190625
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05719.003

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05719.459.4.190625
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05719.003

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Wahyudi Ifani, ST., M.Si.	Kepala BPAFK Surabaya
2.	Manajer Mutu	Mustain	-
3.	Manajer Teknis	Yudhistira Ardi Setiawan	Kepala Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian
4.	Tenaga Ahli	Betty Rahayuningsih	Sertifikat No. 02CT/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Betty Rahayuningsih	Sertifikat No. 02DT/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Betty Rahayuningsih	Sertifikat No. 02FR/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Betty Rahayuningsih	Sertifikat No. 02MM/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Betty Rahayuningsih	Sertifikat No. 02RU/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 03RU/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 03DT/STA-1/DKKN/VII/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 01 Juli 2026
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 037.02.2.3.01.27032023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 26 Maret 2028
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 034.02.2.4.01.27032023 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 26 Maret 2028
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 036.02.2.5.01.27032023 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 26 Maret 2028





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Adib Maulana Akhmad Tornado	Sertifikat No. 15RU/SPB-01/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 14 November 2026
		Adib Maulana Akhmad Tornado	Sertifikat No. 15FR/SPB-01/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 14 November 2026
		Adib Maulana Akhmad Tornado	Sertifikat No. 09MM/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Adib Maulana Akhmad Tornado	Sertifikat No. 04CT/SPB-00/BAPETEN/VII/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 12 Juli 2026
		Adib Maulana Akhmad Tornado	Sertifikat No. 09DT/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Kurnia Hastu Christianti, S.Si.	Sertifikat No. 028.01.1.2.01.04042024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 03 April 2029
		Kurnia Hastu Christianti, S.Si.	Sertifikat No. 023.01.1.1.01.04042024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 03 April 2029
		Sigit Jatmiko	Sertifikat No. 05FR/SPB-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 14 Agustus 2027
		Mochammad Mufid Muzakki	Sertifikat No. 16RU/SPB-01/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 14 November 2026
		Mochammad Mufid Muzakki	Sertifikat No. 13FR/SPB-01/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 14 November 2026
		Mochammad Mufid Muzakki	Sertifikat No. 07MM/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Mochammad Mufid Muzakki	Sertifikat No. 19CT/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Mochammad Mufid Muzakki	Sertifikat No. 10DT/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Kurnia Hastu Christianti, S.Si.	Sertifikat No. 081.01.1.5.01.06082024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 5 Agustus 2029
		Sigit Jatmiko	Sertifikat No. 062.01.2.1.01.17072024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 16 Juli 2029
		Kurnia Hastu Christianti, S.Si.	Sertifikat No. 019.01.1.3.01.18032025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 17 Maret 2030
		R. Moh. Halil, ST	Sertifikat No. 003.01.2.3.01.20022025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 19 Februari 2030
		R. Moh. Halil, ST	Sertifikat No. 001.01.2.2.01.20022025 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 19 Februari 2030
		R. Moh. Halil, ST	Sertifikat No. 004.01.2.1.01.20022025 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 19 Februari 2030





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Catur Darmayanto	-





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Mini Rad	Mini Instrument	MFG031A	L0002687	01 / 036 / III - 24 / KAUR / I - 0009 - DT	Ya
2.	Surveimeter Gamma Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	7489	01 / 033 / III - 24 / KAUR / I - 0009 - DT	Ya
3.	Surveimeter Gamma Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	7652	01 / 032 / III - 24 / KAUR / I - 0009 - DT	Ya
4.	Multimeter X Ray Raysafe	RaySafe	X2 MAM sensor	260560	10258828i260560-B-1	Ya
5.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	267241	0258834i267241-B-1	Ya
6.	Ion Pencil Detektor RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	269586	10258851i269586-1	Ya
7.	Survey sensor RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	262246	10258855i262246-1	Ya
8.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	267108	0237349i267108-A-1	Ya
9.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	267876	0237221i267876-A-1	Ya
10.	Survey Sensor RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	262435	0237049i262435-1	Ya
11.	Ion Pencil Detektor RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	269543	0237265i269543-1	Ya
12.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-10111168	227A79905	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
13.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1010090	227F1096610	Ya
14.	Multimeter X Ray RTI	RaySafe	Piranha 657 (Base unit)	CB2-10111159	227A79903	Ya
15.	Dose Probe RTI	RTI	RTI Dose probe	1010086	227F109659	Ya
16.	Dose Probe RTI	RTI	RTI Dose probe	1010078	2110F101857	Ya
17.	Kerma-lenth Detector RT	RTI	DCT 10 RS LEMO	CTDI-0516	2110K3206	Ya
18.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-1011119	2110A75487	Ya
19.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	0709112	2110F101859	Ya
20.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-10111122	2110A75489	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Luxmeter	RTI	Light Probe	1704007, 1704008	untuk uji iluminasi	Ya
2	Luxmeter	Raysafe	Light Sensor	271927, 260101	untuk uji iluminasi	Ya
3	ThermoHygro dan Barometer	Madgatech	PRH Temp 2000	Q02018	untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan	Ya
4	Colimator Test	Gammex	-	80042-160210-1, 161B-9602, 161B-10134, 800422-160210-2	untuk uji kesesuaian lapangan berkas sinar-X	Ya
5	Beam Alignment	Gammex	-	162A-8166, 800423-12092, 800423-12091, 162A-8459	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
6	Slab Phantom (25x25)	LTO	-	14, 18, -	untuk uji AEC dan laju dosis tipikal	Ya
7	High Contrasts Resolusi	Gammex	RMI141	141-6618, 141H-2914, 141H-2962, 141-6877	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
8	Low Contrasts Resolusi	LTO	TO20	000025, 000026	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
9	Geometry Phantom	LTO	TOM1	000025, 000026	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
10	Mammography Accreditation Phantom (Quality Image)	CIRS	-	ZO-437, 152D-2713	untuk uji kualitas citra mamografi dan MGD	Ya
11	Mammo Test Slab Phantom	CIRS, LTO, Gammex	-	Q0706-12, Q0725, 103, 801811-1565, 801811-1588, -	untuk uji AEC mamografi	Ya
12	Anthropomorphic Breast Phantom	RMI	-	165-1179	untuk uji citra mamografi	Ya
13	Mammo Phototimer Consistency	Gammex	-	159BR-1188	untuk uji AEC mamografi	Ya
14	spasial resolusi	LTO	Dmam	059, 060	untuk uji kualitas citra mamografi	Ya
15	CT ACR	Gammex	464	804882-5104, 804882-5106, 804740-5527	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
16	CTDI Phantom	RTO	-	06248, 0219, 5512H4, 5512B4	untuk uji CTDI	Ya
17	Al attenuator	Gammex, RMI	115A, 115H	800012-4506, 7531	untuk uji HVL	Ya
18	Cu attenuator	Gammex	116	2696	untuk uji laju dosis dan kualitas citra fluoroskopi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
19	Atenuator 21mmAl	Pro Project	Pro RF Al 21	-	untuk uji AEC	Ya
20	Roll Meter	Lokal	ATS 3m, Jason 3m	-	untuk mengukur jarak	Ya
21	Laser Distance Meter	Krisbow	KW0600834	H160814245, H160814220	untuk mengukur jarak	Ya
22	Mistar Baja	PEC	-	678-012/A, 678-012/B	untuk mengukur panjang	Ya
23	Luxmeter & Thermohygrometer	Habotest	HT-603	H12E-J030894, H12E-J031021	untuk uji iluminasi dan mengukur suhu serta kelembaban lingkungan	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05719.459.4.190625
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05719.003

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

