



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.06065.459.1.260625 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202501201257408561233** dan No. Registrasi BAPETEN **700003.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Rencang Sae Teknik
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 2001240032716/ 998896815447000
Alamat Instansi : Jalan Bulak Tinggi Raya No. 52C, RT 004/RW 02, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, Jawa Barat, 17415 Telp. 085333757375
Nama Fasilitas : LUK PT. Rencang Sae Teknik
Lokasi Fasilitas : Jl. Bulak Tinggi Raya No. 52C, RT.004 RW 02, Jatiwarna, Pondokmelati , Kota Bekasi , Jawa Barat 17445, Telp.089524779173, Fax.-

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **25 Juni 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **26 Juni 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06065.459.1.260625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06065.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06065.459.1.260625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06065.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Sri Mulyadi	Direktur
2.	Manajer Mutu	Muhammad Andika	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Agung Dhewantara	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	-	
5.	Penguji Berkualifikasi	Muhammad Andika	Sertifikat No. 28RU/SPB1-00/BAPETEN/XI/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 10 November 2027
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 17FR/SPB1-00/BAPETEN/XI/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 10 November 2027
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 115.01.1.4.01.25122023 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 24 Desember 2028
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 04CT/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 09 Agustus 2027
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 06DT/SPB-01/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 29 April 2026
		Agung Dhewantara	Sertifikat No. 33RU/SPB1-00/DKKN/IX/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 24 September 2025
		Agung Dhewantara	Sertifikat No. 11DT/SPB-00/DKKN/IX/2020 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 24 September 2025





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Ariestika Putri Sumarni	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Dose Probe RTI	RTI	Dose Probe	2404183	2412F135510	Ya
2.	CT Ion Chamber RTI	RTI	CT Ion Chamber (Kerma-length detector)	IC1-24120045	2412K4592	Ya
3.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha Base Unit	CB2-24100162	2412A92199	Ya
4.	RTI Chamber Adapter	RTI	Chamber Adapter	AC1-24110107	2411G60428	Ya
5.	RaySafe 452 Ambient	Fluke Biomedical	RaySafe 452 Ambient	314210	Dalam Proses Kalibrasi	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	4	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Waterpass	Lokal	Tidak ada tipe	RST 008	untuk memeriksa kerataan bidang	Ya
2	Rollmeter/Meteran	DELI	H8005B	RM-RST-001	panjang 5 m untuk mengukur jarak	Ya
3	Penggaris	JOYKO	Lokal	RM-RST-002	untuk mengukur jarak	Ya
4	Luxmeter	RTI	Light Probe	2404035	untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Alat Uji Kolimasi, ketegaklurusan berkas dan kualitas citra fluoroskopi	Pro-Project	Pro-Alpha	R-AP-000381	untuk pengujian kesesuaian berkas cahaya dengan berkas sinar-X, ketegaklurusan berkas sekaligus objek kualitas citra fluoroskopi	Ya
6	Fantom kualitas citra mammografi	Gammex RMI	Gammex 156	800004-0810205	untuk uji kualitas citra mammografi standar ACR	Ya
7	Fantom kualitas citra CT Scan	Philips	455012201471	14016192	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
8	Fantom CTDI	Pro-Project	Pro-CT Dose Head and Body	C-DM-000530	untuk uji CTDI	Ya
9	Fantom PMMA/Acrylic untuk Radiografi Umum, Fluoroskopi dan Mammografi	Pro-Project	Pro-RF AEC PMMA	R-PP-000530	untuk uji AEC dan laju dosis tipikal	Ya
10	Plat tembaga	Lokal	C1100P	RST 004 Plat Cu	untuk uji laju dosis fluoroskopi	Ya
11	Plat Pb	Lokal	2 mm	RST 007	untuk uji kebocoran wadah tabung dan laju dosis fluoroskopi	Ya
12	Thermohygrometer	Humidity	HTC-2	RM-RST-005 / RM-RST-006	Untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan dan pengujian	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06065.459.1.260625
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06065.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup yang relevan paling lama sebelum masa berlaku KTUN/rekomendasi ini berakhir. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

