



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06332.459.1.260624
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202309161908417286904** dan No. Registrasi BAPETEN **700068.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Gamma Sinergi Usaha
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 0109230149039/ 398954800413000
Alamat Instansi : Jl. Raya Ciantra Simpurn, Ciantra, Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17530 Telp. 081210218308
Nama Fasilitas : LUK Gamma Sinergi Usaha
Lokasi Fasilitas : Jl. Raya Ciantra Simpurn, RT/RW 006/003, Ciantra, Cikarang Selatan , Kab. Bekasi , Jawa Barat 17530, Telp.081210218308, Fax.-

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **25 Juni 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **26 Juni 2024**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06332.459.1.260624
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.06332.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Pesawat Gigi





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06332.459.1.260624
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.06332.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	TRI SUROWIDODO	Direktur
2.	Manajer Mutu	TRI SUROWIDODO	Direktur
3.	Manajer Teknis	Alwali Walyatalattov Solichin, ST.	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	M. Bernadi Luvian	Sertifikat No. 074.02.1.1.01.31102023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 30 Oktober 2028
5.	Penguji Berkualifikasi	Nenden Tiara Sukmawati	Sertifikat No. 14DT/SPB-00/BAPETEN/X/2020 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 13 Oktober 2025
		Nenden Tiara Sukmawati	Sub lingkup Radiografi Umum Sertifikat No. 01RU/SPB-01DKKN/IV/2019 Berlaku hingga 07 Juli 2024
		Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 24RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 25 Agustus 2027
		Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 05DT/SPB-01/DKKN/VIII/2019 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 13 Oktober 2024
6.	Pelaksana Administrasi	Agil Hidayatulloh	Staf Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Thermo Scientific	Thermo Fisher Scientific	RadEye G20-10	53516	YK.05.02/E.IX/9018/2024	Ya
2.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	RTI Dose Probe	2314016	239F122715	Ya
3.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	Piranha	CB2-22100200	239A86182	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	4	buah	Tidak

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Luxmeter	Hioki	FT3424	230708500	Untuk mengukur intensitas cahaya kolimator pada uji iluminasi.	Ya
2	Waterpass	Propan	-	A / AUS.GSU.UKES.1-001	sebagai alat bantu untuk mengukur kemiringan dan kedataran pada saat pengujian.	Ya
3	Roll meter	Nankai	-	A / AUS.GSU.UKES.2-001	Untuk mengukur panjang dan dimensi pada saat pengujian.	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
4	Penggaris	SATA	-	91402	Untuk mengukur panjang dan dimensi pada saat pengujian.	Ya
5	Thermohyrometer	HTC-1	-	A/AUS.GSU.UKES.4-001 dan B/AUS.GSU.UKES.4-002	Untuk mengukur suhu dan kelembapan pada saat pengujian.	Ya
6	Plat Pb	-	-	-	Untuk Pengujian kebocoran wadah tabung sinar-x dan AEC	Ya
7	Film Radiochromic	Ashland	LD-V1	972412	Untuk pengujian slit panoramic	Ya
8	Phantom PMMA	Leeds Test Object	TO AEC	0183	Untuk pengujian AEC	Ya
9	Collimation and Beam Alignment Test Tool	Leeds Test Object	TOR ABC	255	Untuk pengujian kesesuaian berkas kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
10	Attenuator Al 21 mm	Pro-Project	Pro RF Al 21	R-PN-000211	Untuk pengujian AEC	Ya
11	Filter Al 99,5%	Pro-Project	05-201	A-HV-100476	Untuk pengujian HVL	Ya





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06332.459.1.260624
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup Pesawat Gigi paling lama sebelum masa berlaku KTUN/rekomendasi ini berakhir. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Penguji Berkualifikasi yang diajukan wajib mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi.

