



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR.06435.459.4.070725

TENTANG

PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202403091519542196949** dan No. Registrasi BAPETEN **700056.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : BLU Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 1210210046034/ 002155794024000
Alamat Instansi : Jl. Percetakan Negara No. 23A Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10570 Telp. (021) 4240406 Fax. (021) 4244168
Nama Fasilitas : LUK BPAFK Jakarta
Lokasi Fasilitas : Jl. Percetakan Negara No. 23 A , Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10570, Telp.(021) 4244168, Fax.(021) 4244168
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil,Sarana) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 04333.459.1.070524 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **06 Mei 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **07 Juli 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06435.459.4.070725
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06435.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06435.459.4.070725
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06435.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Subadri	Kepala BPAFK Jakarta
2.	Manajer Mutu	Azizah	Koordinator Kelompok Substansi Tata Operasional
3.	Manajer Teknis	M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Kepala Instalasi Lab. PRUK
4.	Tenaga Ahli	Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 10RU/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 03RU/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 22 Februari 2027
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 05FR/STA-1/DKKN/IX/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 06 September 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 007.02.2.4.01.02032023 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 05MM/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 010.02.2.5.01.02032023 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 02CT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 22 Februari 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 009.02.2.2.01.02032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 06DT/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 24 Oktober 2027
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 008.02.2.3.01.02032023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 01 Maret 2028
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 02DT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 22 Februari 2027





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
 Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 20RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 25 Agustus 2027
		Endang Supatmi	Sertifikat No. 35RU/SPB-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 062.01.1.1.01.11092023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 10 September 2028
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 41RU/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 22FR/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Endang Supatmi	Sertifikat No. 17FR/SPB-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 045.01.1.3.01.05062023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 04 Juni 2028
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 19DT/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 08DT/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 25 Agustus 2027
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 063.01.1.2.01.11092023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 10 September 2028
		Bayu Komala	Sertifikat No. 002.01.2.2.01.01032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 29 Februari 2028
		Arief Haryanto	Sertifikat No. 06MM/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 05MM/SPB-00/BAPETEN/IX/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 07 September 2027
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 15CT/SPB-02/BAPETEN/IX/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 29 September 2027
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 11CT/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Dandi Hambali, S.Si	Sertifikat No. 01CT/SPB-00/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 22 April 2026
		Susi Nofridianita, S.Si	Sertifikat No. 17CT/SPB-02/BAPETEN/IX/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku sampai dengan 29 September 2027
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 19FR/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Ade Riana, S.Si.	Sertifikat No. 018.01.1.2.01.18032025 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 17 Maret 2030
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 18DT/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 013.01.2.3.01.21022025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 20 Februari 2030
		Nur Aida, B.Sc	Sertifikat No. 39RU/SPB1-00/BAPETEN/XII/2020 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku sampai dengan 15 Desember 2025
		M. Leo Eriyanto Yuliansyah, M.Si	Sertifikat No. 008.01.2.4.01.21022025 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 20 Februari 2030
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 012.01.2.3.01.21022025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku sampai dengan 20 Februari 2030
		Agnia Nerlika Kusumaningtyas	Sertifikat No. 009.01.2.4.01.21022025 Sub lingkup Mamografi Berlaku sampai dengan 20 Februari 2030






BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Emytri	Koordinator Substansi Pelayanan Teknis





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	246314	o70007045i246314-A-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	246464	o70007025i246464-A-1	Ya
3.	Survey sensor RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	230058	o70006888i230058-1	Ya
4.	Ion Pencil Detektor RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	257112	o70007087i257112-1	Ya
5.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	317360	o70003566i317360-A-1	Ya
6.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	312466	o70001410i312466-A-1	Ya
7.	Ion Pencil Detektor RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	317589	o70002796i317589-1	Ya
8.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	208366	o10238538i208366-A-1	Ya
9.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	202863	o10238621i202863-A-1	Ya
10.	Ion Pencil Detektor RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	203482	o10238432i203482-1	Ya
11.	Thermo Electron	Thermo Electron	Bicron Micro Sivert LE	1393	YK.05.02/E.IX/10971/2024	Ya
12.	Surveymeter Gamma Mini Rad	Mini Rad	1000	265	YK.05.02/E.IX/10972/20224	Ya
13.	Surveymeter Gamma Fluke	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	6785	YK.05.02/E.IX/10974/2024	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
14.	Surveymeter Gamma Rados	Rados	RDS-40WE	320402	YK.05.02/E.IX/10975/2024	Ya
15.	Surveymeter Gamma RaySafe	Fluke Biomedical	452	294675	87027/LT/KAUR/04/2023	Ya
16.	Surveymeter Gamma Fluke	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	6586	YK.05.02/E.IX/10973/2024	Ya
17.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	317348	o70003867i317348-B-1	Ya
18.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-11100043	2310A86874	Ya
19.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	0709111	2310F124196	Ya
20.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 556 (Base Unit)	CB2-10080602	2310A86882	Ya
21.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose Profiler	DP2-11100240	2310F124208	Ya
22.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-08080063	239A86112	Ya
23.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1107050	239F122585	Ya
24.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose profiler	DP2-10070221	2310F124209	Ya
25.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-15080362	239A86097	Ya
26.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1005073	239F122584	Ya
27.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose profiler	DP2-15110053	239F122590	Ya
28.	Ion Pencil Detektor RTI	RTI	DCT 10 RS LEMO	CTDI-0830	2210K3627	Ya
29.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1804108	2210F112396	Ya
30.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Cobia Flex	CB4-17091916	239A86101	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
31.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1704128	239F122588	Ya
32.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 656 (Base unit)	CB2-07100382	239A86110	Ya
33.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Cobia Flex	CB4-15040699	239A86100	Ya
34.	Ion Pencil Detektor RTI	RTI	CT Ion Chamber (Kerma-length detector)	IC1-20110036	2210K3629	Ya
35.	Multimeter X-Ray Raysafe	RaySafe	X2 RF Sensor	301089	o70028137i301089-A-1	Ya
36.	Multimeter X-Ray Raysafe	RaySafe	X2 RF Sensor	324167	o70016447i324167-A-1	Ya
37.	Multimeter X-Ray RTI	Piranha	Piranha 657 (Base Unit)	CB2-16060079	246A89888	Ya
38.	Surveymeter Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	451B-DE-SI-RYR	3317	YK.05.02/E.IX/51611/2024	Ya
39.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	RTI Dose Probe	1602239	246F130422	Ya
40.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	CT Dose Profiler	DP2 - 16100035	246F130424	Ya
41.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	Kerma Length Detector	CTDI-0493	246K4389	Ya
42.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	RTI Chamber adapter	AC1 - 16070050	246G58049	Ya
43.	Multimeter X-Ray Raysafe	RaySafe	X2 R/F Sensor	317334	o70003866i317334-A-1	Ya
44.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	Piranha	CB2-07070263	249A91051	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
----	-----------------	-------	------	---------	------------	--------------------------





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Lightmeter	Hioki	FT3424	151114828	untuk uji iluminasi	Ya
2	Lightmeter	Hioki	FT3424	170827930	untuk uji iluminasi	Ya
3	Lightmeter	Hioki	FT3424	170343573	untuk uji iluminasi	Ya
4	Hygro - Thermo - Barometer	Greisinger	GFTB 100/GRS 3100	22252	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
5	Hygro - Thermo - Barometer	Greisinger	GFTB 100	021110-02	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
6	Roll Meter	MESSI	-	warna: hijau	untuk mengukur jarak	Ya
7	Roll Meter	TOHO	-	160913 / F	untuk mengukur jarak	Ya
8	Roll Meter	TOHO	-	160913 / G	untuk mengukur jarak	Ya
9	Roll Meter	O-NI	32G-5019	-	untuk mengukur jarak	Ya
10	Collimator test tool	Gammex	Gammex	-	untuk uji kolimasi	Ya
11	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	173	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
12	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	0070	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
13	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	0071	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
14	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	0072	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
15	Collimator test tool	Gammex	Gammex	800422-110725	untuk uji kolimasi	Ya
16	Collimator test tool	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	R-CG-000142	untuk uji kolimasi	Ya
17	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	202	untuk uji kolimasi	Ya
18	Beam alignment test tool	Gammex	Gammex	-	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
19	Collimator test tool	RMI	RMI	-	untuk uji kolimasi	Ya
20	Beam alignment test tool	Gammex	Gammex	800423-11438	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
21	Collimator test tool	LeedsTestObject / TOR ABC	LeedsTestObject / TOR ABC	201	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
22	Beam alignment test tool	Gammex	Gammex	800423-10927	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
23	Beam alignment test tool	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	Pro-Project / Pro-RF Geometry 02-105	R-CG-000142	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
24	Phantom Resolusi Fluoroscopi	CIRS	903	-	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
25	Fantom Geometri Mammo	Pro-MAM Geometry	03-107	M-GY-000105	untuk uji kualitas citra mammografi	Ya
26	Fantom ACR Mammo	Gammex	Gammex	800004-1506095	untuk uji kualitas citra mammografi standar ACR	Ya
27	Slab Phantom Mammo	Gammex	Gammex	801811-1570	untuk uji AEC mammografi	Ya
28	Phantom Citra CT Scan	Gammex	Gammex	804882-4209	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
29	Phantom CTDI CT Scan	RTI CT Phantom	RTI CT Phantom	06199	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
30	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Leeds Test Object / TOR 18FG	Leeds Test Object / TOR 18FG	W09662	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
31	Fantom Geometri Mammo	Pro-MAM Geometry/03-107	Pro-MAM Geometry/03-107	M-GY-000116	untuk uji kolimasi mamografi	Ya
32	Fantom ACR Mammo	Gammex	Gammex	800004-1607057	untuk uji kualitas citra mamografi standar ACR	Ya
33	Slab Phantom Mammo	Gammex	Gammex	801811-1572	untuk uji AEC mamografi	Ya
34	Phantom Citra CT Scan	Gammex	Gammex	804740-5510	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
35	Phantom CTDI CT Scan	RTI CT Phantom	RTI CT Phantom	06173	untuk uji CTDI	Ya
36	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Leeds Test Object / TOR CDR	Leeds Test Object / TOR CDR	W01392	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
37	Phantom Citra CT Scan	Gammex	Gammex	804882-4211	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
38	Phantom CTDI CT Scan	Saveray / CATO-2 Phantom	Saveray / CATO-2 Phantom	10022-031	untuk uji CTDI	Ya
39	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Pro-Project/Pro-Digi 02-102	Pro-Project/Pro-Digi 02-102	R-DP-000233	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
40	Phantom Citra CT Scan	Pro Project / 04-304	Pro Project / 04-304	C-FS-000349	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
41	Phantom CTDI CT Scan	3-part PMMA CT Phantom	3-part PMMA CT Phantom	-	untuk uji CTDI	Ya
42	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Raysafe / P Fluoro	Raysafe / P Fluoro	14-00254	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
43	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Primus A	Primus A	18-0301	untuk uji kolimasi dan kualitas citra fluoroscopi	Ya
44	Set Phantom Mammo	LeedsTestObject / DMAM2	LeedsTestObject / DMAM2	-	untuk uji kualitas citra dan AEC mamografi	Ya
45	Set Fantom Mammo	PASMAM 1054	PASMAM 1054	18004	untuk uji missing tissue dan kualitas citra mamografi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
46	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Pro-Project/Pro-Fluo 02-103	Pro-Project/Pro-Fluo 02-103	R-FP-000185	untuk uji kolimasi dan kualitas citra fluoroscopi	Ya
47	Multimeter X-Ray	RTI	RTI Light Probe	1506011	untuk uji Iluminasi	Ya
48	Multimeter X-Ray	RTI	RTI Light Probe	1605169	untuk uji Iluminasi	Ya
49	Multimeter X-Ray	RTI	RTI Light Probe	1704102	untuk uji Iluminasi	Ya
50	Multimeter X-Ray	Raysafe	X2 Light Sensor	243311	untuk uji Iluminasi	Ya
51	Phantom Pro-Dent	Pro-Project	01-201	D-PS-001367	untuk uji kolimasi intraoral	Ya
52	Phantom Pro-Dent All	Pro-Project	01-203	D-PS-001654	untuk uji kolimasi intraoral	Ya
53	Waterpass	-	-	-	mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal	Ya
54	Atenuator Al 21 mm	-	-	-	atenuator untuk uji AEC Radiografi	Ya
55	Attenuator Filter Cu tebal 1 mm	-	-	-	atenuator untuk uji AEC Radiografi maupun pengujian di fluoroscopi	Ya
56	Lempeng Pb tebal 2 mm	-	-	-	untuk uji kebocoran wadah tabung maupun beberapa uji lainnya	Ya
57	Lightmeter	Hioki	FT3424	170827932	Untuk uji iluminasi	Ya
58	Lightmeter	Raysafe	X2 Light Sensor	219226	Untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
59	Hygro-Thermo-Barometer	Greisinger	GFTB 200	57290	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
60	Hygro-Thermo-Barometer	Greisinger	GFTB 100	22251	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
61	Hygro-Thermo-Barometer	Greisinger	GFTB 100	021110	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
62	Roll Meter	Tekiro	GT-MT1719	-	untuk mengukur jarak	Ya
63	Roll Meter	Soligen	JC-181	H	untuk mengukur jarak	Ya
64	Roll Meter	Soligen	JC-181	C	untuk mengukur jarak	Ya
65	Roll Meter	Soligen	JC-181	I	untuk mengukur jarak	Ya
66	Roll Meter	Soligen	JC-181	J	untuk mengukur jarak	Ya
67	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Leeds Test Object / TOR CDR	Leeds Test Object / TOR CDR	W01497	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
68	Phantom Resolusi Fluoroscopi	Leeds Test Object / TOR CDR	Leeds Test Object / TOR CDR	W01549	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
69	Phantom Geometri Mammo	Pro-MAM Geometry/03-107	Pro-MAM Geometry/03-107	M-GY-000117	untuk uji kolimasi mamografi	Ya
70	Phantom ACR Mammo	Gammex	Gammex	152D-2721	untuk uji kualitas citra mamografi standar ACR	Ya
71	Lightmeter	Kimo	LX 100	16071895	untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
72	Lightmeter	Kimo	LX 100	20010874	untuk uji iluminasi	Ya
73	Lightmeter	Kimo	LX 100	20010875	untuk uji iluminasi	Ya
74	Lightmeter	Kimo	LX 100	20010876	untuk uji iluminasi	Ya
75	Lightmeter	Kimo	LX 100	20010878	untuk uji iluminasi	Ya
76	Hygro - Thermo - Barometer	Corona	-	UKES 01	pemantau suhu, tekanan dan kelembaban udara	Ya
77	Collimator test tool	Gammex	-	Gammex	untuk uji kolimasi	Ya
78	Beam alignment test tool	Gammex	-	800422 - 12039	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
79	Waterpass	Krisbow	-	UPF 01	mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal	Ya
80	Phantom AEC	-	-	-	untuk uji kualitas citra AEC	Ya
81	Collimator test tool	TOR ABC	-	159	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
82	Fantom Geometri Mammo	Pro-Project 03-107	Pro-Project 03-107	M-GY-000120	untuk uji kolimasi mammografi	Ya
83	Fantom ACR Mammo	Gammex	-	801811-1587	untuk uji kualitas citra mammografi standar ACR	Ya
84	Mam/Rad Filter Set	Raysafe	-	-	untuk mengurangi sinar-X berenergi rendah	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
85	Phantom Pro-Dent All	Pro-Project	01-203	D-PS-002141	untuk uji kolimasi intraoral	Ya
86	Phantom Pro-Dent All	Pro-Project	01-204	D-PS-002142	untuk uji kolimasi intraoral	Ya
87	Phantom Pro-Dent All	Pro-Project	01-203	D-PS-002274	untuk uji kolimasi intraoral	Ya
88	Phantom Resolusi Fluoroskopi	Raysafe	-	-	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
89	Phantom CTDI CT Scan	Gammex	-	804740-5420	untuk uji CTDI	Ya
90	Phantom Citra CT Scan	Gammex	-	CATO-10022-030	untuk uji kualitas citra CT Scan	Ya
91	Mistar Baja	Xeho	-	Lab. UK 2	untuk mengukur jarak	Ya
92	Mistar Baja	Joyko	-	-	untuk mengukur jarak	Ya
93	Mistar Baja	Joyko	-	Lab. UK 1	untuk mengukur jarak	Ya
94	Mistar Baja	Haston	-	-	untuk mengukur jarak	Ya
95	Lightmeter	RTI	RTI Light Probe	1605007	Untuk Uji Iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06435.459.4.070725
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06435.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

