



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR.06673.459.3.110725

TENTANG

PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI

LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN

(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202202091428466802635** dan No. Registrasi BAPETEN **700054.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Murti Indah Sentosa
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120008491061/ 013656970062000
Alamat Instansi : Wisma Murti Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29, Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240 Telp. (021) 7238312 Fax. (021) 7262229
Nama Fasilitas : LUK PT. Murti Indah Sentosa
Lokasi Fasilitas : Wisma Murti, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29, Kebayoran Lama , Kota Jakarta Selatan , DKI Jakarta , Telp.(021) 7238312, Fax.(021) 7262229
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa **Data** yang tersebut pada Lembar Tambahan I s/d III **Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 13208.459.1.201223** diubah sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **19 Desember 2026**.

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **11 Juli 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06673.459.3.110725
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06673.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	CT-Scan
3.	Pesawat Gigi
4.	Mamografi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06673.459.3.110725
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06673.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	IR ATIK SUTISNA	Direktur Utama
2.	Manajer Mutu	Apep Qosim	Manajer Mutu dan Koordinator Laboratorium
3.	Manajer Teknis	Febrian Pratama Hidayat	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	Fitri Yuni Lestari	Sertifikat No. 14RU/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 24 Oktober 2027
		Ari Surya Miharja	Sertifikat No. 098.02.2.5.01.04112024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 03 November 2029
		Apep Qosim	Sertifikat No. 011.02.2.1.01.19032024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 18 Maret 2029





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Fitri Yuni Lestari	Sertifikat No. 19CT/SPB1-00/BAPETEN/XI/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 10 November 2027
		Febrian Pratama Hidayat	Sertifikat No. 050.01.2.1.01.15082023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 14 Agustus 2028
		Syfa Rasyunatussahidah	Sertifikat No. 055.01.1.1.01.11092023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 10 September 2028
		Febrian Pratama Hidayat	Sertifikat No. 095.01.2.5.01.13112023 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 12 November 2028
		Vikriandi Tri Putra	Sertifikat No. 073.01.2.1.01.13082024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 12 Agustus 2029
		Vikriandi Tri Putra	Sertifikat No. 22CT/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Vikriandi Tri Putra	Sertifikat No. 074.01.2.2.01.13082024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 12 Agustus 2029
		Syfa Rasyunatussahidah	Sertifikat No. 114.01.1.4.01.18122023 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 17 Desember 2028
6.	Pelaksana Administrasi	Evi Saptaningsih	Pelaksana Administrasi
		Tuti Rohayati	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray IBA	IBA Dosimetry	MagicMax Universal	G12-0078	MM-002763	Ya
2.	IBA Dosimetry GmbH	IBA Dosimetry	XR Detector	R12-0116	MM-002763	Ya
3.	Multimeter X Ray IBA	IBA Dosimetry	DCT 10-MM Detector	2013	MM-002763	Ya
4.	Surveymeter Gamma Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	Fluke 451P-DE-SI-RYR	8183	173120/LT/RP/12/2024	Ya
5.	Multimeter X Ray IBA	IBA Dosimetry	DCT 10-MM Detector	2190	MM-002889	Ya
6.	Multimeter X Ray IBA	IBA Dosimetry	XR Detector	R13-0274	MM-002889	Ya
7.	Multimeter X Ray IBA	IBA Dosimetry	MagicMax Universal	G14-0219	MM-002889	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Fantom Abdomen	IBA	PMMA	032.PMMA.2023	Digunakan untuk melindungi reseptor citra, sebagai atenuator, dan fungsi ekuivalen pasien	Ya
2	Fantom kualitas citra CT	The Phantom Laboratory	Catphan 700	70039 ; 700333	CT Scanner performance testing	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
3	Fantom CTDI	IBA	Fantom CTDI	027.CTD.2023 ; 028.CTD.2023	Digunakan sebagai ekuivalen pasien dalam penghitungan CTDI	Ya
4	Alat uji kesesuaian lapangan dan ketegaklurusan berkas	Gammex ; RMI	Collimator test tool	800423-11507 ; 030.CLM.2023	Digunakan untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas Sinar-X	Ya
5	Luxmeter	IBA; Sanwa; Tasco	LS-MM (IBA); LX-2 (Sanwa); Ins (Tasco)	24174 (IBA); 12110200234 (Sanwa); 204133 (Tasco)	Digunakan untuk uji iluminasi	Ya
6	Lempeng Pb tebal 2mm	-	-	-	Digunakan untuk uji kebocoran tabung; Digunakan untuk uji laju maksimum di udara.	Ya
7	Attenuator Cu tebal 2 mm	-	-	-	Digunakan sebagai atenuator, melindungi reseptor citra, untuk uji laju dosis input reseptor citra,	Ya
8	Pola uji geometri atau mesh wire	IBA	ETR-1	10718	Digunakan untuk mengukur area efektif monitor	Ya
9	Alat uji resolusi tinggi	IBA	Primus L	12-0011406	Digunakan untuk uji kualitas citra	Ya
10	Alat uji resolusi rendah	IBA	Primus L	12-0011406	Digunakan untuk uji kualitas citra	Ya
11	Marker Penanda	-	-	034.MAR.2023 ; 035.MAR.2023	Digunakan untuk memberi tanda	Ya
12	Attenuator Al tebal 21 mm	IBA	-	12-0030107	Digunakan sebagai atenuator	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
13	Waterpass	Empire	Empire Level	023.WPS.2023 ; 024.WPS.2023	Digunakan untuk memastikan pengujian dilakukan pada bidang datar	Ya
14	Digital Thermohygrometer	DEKKO; KRISBOW	637N; KW06-797	017.THM.2023 ; -	Digunakan sebagai alat pengukur suhu dan kelembapan ruangan	Ya
15	Mistar Baja	Krisbow	-	021.MTR.2023	Digunakan untuk mengukur panjang	Ya
16	Roll Meter	ACE	-	019.MTR.2023	Digunakan untuk mengukur panjang	Ya
17	Fantom Kualitas Citra Mammografi standar ACR	Artinis	PASMAM	01708	Digunakan untuk uji kualitas citra Mammografi	Ya
18	Fantom Perspex Mammografi (PMMA)	Artinis	PASMAM	01708	Digunakan untuk melindungi reseptor citra, sebagai atenuator, dan fungsi ekuivalen pasien	Ya
19	Radiochromic Film	Gafchromic	-	-	Digunakan sebagai citra pengujian kolimasi berkas Pesawat sinar-X Gigi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.06673.459.3.110725
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.06673.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup Mammografi paling lama tanggal 1 Desember 2027 serta untuk sub lingkup Pesawat Gigi paling lama 3 (tiga) tahun sejak KTUN ini terbit. Selama belum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi dan akan dipungut PNPB untuk setiap penerbitan sertifikat/notisinya.
2. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

