



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.08008.459.4.140825 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202203091641243245135** dan No. Registrasi BAPETEN **700084.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Global Promedika Service
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120101962007/ 210069381077000
Alamat Instansi : Gd. PT. Bersaudara Lt. 1 Jl. Penjernihan I No. 38, Bendungan Hilir, Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210 Telp. 021-5701467
Nama Fasilitas : Jasa Pengujian Laboratorium
Lokasi Fasilitas : Gd. PT. Bersaudara Lt. 1 Jl. Penjernihan I No. 38, Bendungan Hilir, Tanah Abang , Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10210, Telp.021-5701467, Fax.-
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 00028.459.3.071223 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **05 April 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **14 Agustus 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08008.459.4.140825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08008.003

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	CT-Scan
2.	Radiografi Umum
3.	Fluoroskopi
4.	Mamografi
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08008.459.4.140825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08008.003

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	I Wayan Arya Wiguna	Direktur
2.	Manajer Mutu	Resti Andira	-
3.	Manajer Teknis	Abdi Wibowo	-
4.	Tenaga Ahli	Yahya Mustofa	Sertifikat No. 01CT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 22 Februari 2027
		Syamsul Hidayah, S.Si	Sertifikat No. 03FR/STA/DKKN/XI/2021 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 14 November 2026
		Syamsul Hidayah, S.Si	Sertifikat No. 027.02.2.4.01.08032023 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 7 Maret 2028
		Bayu Handiko	Sertifikat No. 077.02.1.2.01.31102023 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 30 Oktober 2028
		M. Bernadi Luvian	Sertifikat No. 074.02.1.1.01.31102023 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 30 Oktober 2028





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 15FR/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 25 Agustus 2027
		Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 10MM/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 5 Desember 2026
		Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 058.01.2.2.01.11072024 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 10 Juli 2029
		Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 24RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 25 Agustus 2027
		Andri Yansyah	Sertifikat No. 060.01.2.5.01.11072024 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 10 Juli 2029
6.	Pelaksana Administrasi	Rahma Dinda Meyliana	-





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	305810	o10236568i305810-A-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	300951	10227771i300951-A-1	Ya
3.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	293344	o10227604i293344-1	Ya
4.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	284539	10235717i284539-1	Ya
5.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	230391	o10235920i230391-1	Ya
6.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	281880	o10227551i281880-1	Ya
7.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	250837	o10235360i250837-A-1	Ya
8.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	303261	010227583i303261-A-2	Ya
9.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-11110827	232A83277	Ya
10.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1111068	233F116815	Ya
11.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI CT dose profiler	DP2-11120095	233F116810	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Pro-CT Phantom	Pro-Project	Pro-CT	C-FS-000356	untuk uji kualitas citra CT dan laser penanda	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
2	Phantom-CT	RTI	CTDI Phantom	06218	untuk uji informasi dosis pasien CT	Ya
3	Roll Meter	Krisbow	-	10070235	untuk mengukur jarak	Ya
4	Lux meter	Krisbow	10176594	180808444	untuk uji iluminasi	Ya
5	Lux meter	RaySafe	X2 Light Sensor	252444 dan 299499	untuk uji iluminasi	Ya
6	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Pro-Project	Pro-Alpha	R-AP-000441	untuk uji kolimasi	Ya
7	Alat uji kesesuaian dan ketegaklurusan berkas	Leed Test Object	TOR ABC	55-56	untuk uji kolimasi	Ya
8	Fantom PMMA abdomen	Pro-Project	Pro-RF AEC PMMA	R-PP-00301	untuk uji AEC Radiografi dan laju dosis tipikal Fluoroskopi	Ya
9	Fantom PMMA abdomen	Pro-Project	Pro-RF AAPM 31/ 02-205	R-AI-000117	untuk uji AEC Radiografi dan laju dosis tipikal Fluoroskopi	Ya
10	Fantom Kualitas Citra Flouroskopi	Leed Test Object	Fluoromesh	07-619	untuk uji kualitas citra Fluoroskopi	Ya
11	Fantom Kualitas Citra Flouroskopi	Leed Test Object	Fluoro 4	0020	untuk uji kualitas citra Fluoroskopi	Ya
12	Fantom Kualitas Citra Mammografi	CIRS	Mammo 156 Phantom	ZN-735	untuk uji kualitas citra Mammografi	Ya
13	PMMA Mammografi	Pro-Project	Pro-Mam AEC PMMA	M-PP000218	untuk uji AEC Mammografi	Ya
14	Densitometer	Pehamed	DensoQuick 2	N6662	untuk uji AEC	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
15	Attenuator Alumunium 21 mm	Leed Test Object	Al-attenuator	008	untuk uji AEC Radiografi	Ya
16	Lempeng Cu	Lokal	2 mm	-	untuk uji laju dosis input reseptor Fluoroskopi	Ya
17	Lempeng Pb	Lokal	2 mm	-	untuk uji kebocoran wadah tabung	Ya
18	Rollmeter	Krisbow	5 m	10070235 dan 10070238	untuk mengukur jarak	Ya
19	Waterpass	Krisbow	KW01-3908	10412104000272	untuk menilai kerataan bidang	Ya
20	Mistar baja	Krisbow	KW01-651	-	untuk mengukur jarak	Ya
21	Digital caliper	Track Life	DC01	-	untuk mengukur jarak	Ya
22	Timbangan elektronik Mammografi	Pro-Project	Pro Mam Compress 03-103	M-CS-0000109	untuk uji kompresi Mammografi	Ya
23	Digital Thermohygrometer	HTC-2	-	-	untuk memantau suhu dan kelembaban ruangan	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08008.459.4.140825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08008.003

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

