



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.08506.459.4.260825 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202502121536183748856** dan No. Registrasi BAPETEN **700095.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Andini Sarana
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120106841256/ 013655931007000
Alamat Instansi : Jl. Rawa Sumur III Blok DD No. 11, Kawasan Industri Pulogadung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930 Telp. (021) 4610515 Fax. (021) 4603982
Nama Fasilitas : LUK PT. Andini Sarana
Lokasi Fasilitas : Jl. Rawa Sumur III Blok DD No. 11 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur , Kota Jakarta Timur , DKI Jakarta 13930, Telp.(021) 4610515, Fax.(021) 4603982
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 03219.459.1.080425 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **07 April 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **26 Agustus 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08506.459.4.260825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08506.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08506.459.4.260825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08506.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Rahardja Setiawan	Direktur Utama
2.	Manajer Mutu	TB. Ahmad Anton Jamaludin	Manager Mutu
3.	Manajer Teknis	TB. Ahmad Anton Jamaludin	Manager Teknis
4.	Tenaga Ahli	Dian Fitriani, S.Si	Sertifikat No. 076.02.1.2.01.31102023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 30 Oktober 2028
5.	Penguji Berkualifikasi	Moehammad Ridwan Azis	Sertifikat No. 022.01.2.2.01.07032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 06 Maret 2028
6.	Pelaksana Administrasi	Floretta Prilliastuti M	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey Sensor	262981	o10225674i262981-1	Ya
2.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey Sensor	230638	o70026753i230638-1	Ya
3.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F Sensor	275819	o70019961i275819-A-1	Ya
4.	Multimeter X-Ray Raysafe	RaySafe	X2 R/F	254962	o70026758i254962-B-1	Ya
5.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs (Base Unit)	257250	o70026799i257250-1	Ya
6.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs (Base Unit)	274534	o70019798i274534-1	Ya
7.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT Sensor	252340	o70026782i252340-1	Ya
8.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT Sensor	273981	o70019848i273981-1	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Water pass digital	Dlgipass	DWL200	A16J15149	Fungsi : Memastikan antara konus/multimeter tegak lurus dengan meja	Ya
2	Thermohygrometer	DEKKO	637N	THG-001, THG-002, THG 003 dan THG 004	Fungsi : mengukur suhu dan kelembapan ruangan pengujian pesawat sinar-X	Ya
3	Roll Meter	Sherlock	Sherlock 5 m	AS/01 dan AS/02	Fungsi : Mengukur SID dan SSD pada pesawat sinar X panoramic / cephalometric dan diameter serta panjang konus intraoral	Ya






BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
4	Ruller	Butterfly	Steel 30 cm	AS/01-AS/03	Fungsi : Mengukur lebar dan tinggi berkas sinar X (slit dan konus)	Ya
5	Plat PB 3mm	-	3 mm	-	Fungsi : Menutup tempat keluaran berkas utama pada parameter kebocoran tabung	Ya
6	Gafchromic Film	Ashland	LD-V1, 8x10'' (x10)	972412	Fungsi : Untuk menangkap citra berkas sinar-x pada parameter kolimasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08506.459.4.260825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08506.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

