



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.08517.459.4.260825 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202502271405391225584** dan No. Registrasi BAPETEN **700081.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Global Quality Indonesia
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120207771579/ 019838010422000
Alamat Instansi : Komp. Kopo Mas Regency Blok N No. 70, Margasuka, Babakan Ciparay Kota Bandung, Jawa Barat, 40225 Telp. 022-5436533
Nama Fasilitas : LUK PT. Global Quality Indonesia
Lokasi Fasilitas : Komplek Kopo Mas Regency Blok N 7 C, Cirangrang, Babakan, Ciparay , Kota Bandung , Jawa Barat 40225, Telp.022-5436533
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 03699.459.1.210425 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **20 April 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **26 Agustus 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08517.459.4.260825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08517.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08517.459.4.260825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08517.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Didi Rudy Hamid	Direktur
2.	Manajer Mutu	Hernawati	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Eliyana Firmansyah	Manajer Teknik
4.	Tenaga Ahli	Nenden Tiara Sukmawati	Sertifikat No. 073.02.1.1.01.31102023 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 30 Oktober 2028
		Yahya Mustofa	Sertifikat No. 01DT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 22 Februari 2027
5.	Penguji Berkualifikasi	Alfiyatur Rohmaniyyah	Sertifikat No. 04DT/SPB-01/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 29 April 2026
		R. Silvia Putri Raharja Effendi	Sertifikat No. 06RU/SPB-01/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 29 April 2026
		Alfiyatur Rohmaniyyah	Sertifikat No. 023.01.1.1.01.30062025 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 29 Juni 2030
6.	Pelaksana Administrasi	Sulismiati	Manajer Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey Sensor	262690	o10258071i262690-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	267439	o10258205i267439-A-1 dan o10258205i267439-B-1	Ya
3.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT Sensor	269655	o10258252i269655-1	Ya
4.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM Sensor	267833	o10258249i267833-A-1 dan o10258249i267833-B-1	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Collimation/Beam Aligment	Leeds Test Objects	TOR ABC	144	untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Ya
2	Lempeng Pb 2 mm	Lokal	-	-	untuk uji kebocoran wadah tabung	Ya
3	Radiography AEC Phantom	Leeds Test Objects	TO ABC	130	untuk uji AEC	Ya
4	HVL Set (Gen)	Leeds Test Objects	HVL Gen	74	untuk uji kualitas berkas sinar-X	Ya
5	21 mm Aluminium Filter	Leeds Test Objects	Atteunuator 21 mm	18	untuk uji AEC	Ya
6	Lux Meter	Raysafe	X2 Light Sensor	259907	untuk uji iluminasi	Ya
7	Spirit Level With Magnet	KRISBOW	KW013909	Ukes-03	untuk menilai kerataan bidang	Ya
8	Measuring Tape	KRISBOW	10070234	Ukes-02	untuk mengukur jarak	Ya
9	Steel Ruler	TACTIX	Analog	Ukes-01	untuk mengukur jarak	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
10	Film Radiochromic	Gafchromic Ashland	XR-SP2	-	untuk uji kolimasi pesawat gigi	Ya
11	Phantom Fluoroscopi	Pro-Project	Pro-RF Fluo 18	-	untuk uji kualitas citra fluoroscopi	Ya
12	Thermohygrometer	-	HTC-1	Ukes-04	untuk memantau suhu dan kelembaban	Ya
13	Densitometer	Gamma Tec	NCD0030	GD1054	untuk mengukur densitas film radiografi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.08517.459.4.260825
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.08517.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
2. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi.
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

