



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.09242.459.1.110925 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202507161413269612967** dan No. Registrasi BAPETEN **700089.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Sri Intan Perkasa
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120100762342/ 016507444407000
Alamat Instansi : Ruko Harapan Indah Blok EN No. 7 Harapan Indah Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131 Telp. (021) 8873435 Fax. (021) 8873235
Nama Fasilitas : LUK PT. Sri Intan Perkasa
Lokasi Fasilitas : Ruko Harapan Indah Blok EN No. 7,8 , Kota Bekasi , Jawa Barat 17131, Telp.082310700520, Fax.-

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **10 September 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **11 September 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09242.459.1.110925
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09242.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	CT-Scan
4.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09242.459.1.110925
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09242.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Jordi Prima Leasfan	Direktur
2.	Manajer Mutu	Boston Sihombing	Merangkap Kepala SIP LAB
		Chaterina Devi Shalsabila	Merangkap Penguji Berkualifikasi (PB)
3.	Manajer Teknis	Senjaya	Merangkap Tenaga Ahli
4.	Tenaga Ahli	Senjaya	Sertifikat No. 014.02.2.1.01.03032023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 2 Maret 2028
		Senjaya	Sertifikat No. 016.02.2.2.01.07032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 6 Maret 2028
5.	Penguji Berkualifikasi	Boston Sihombing	Sertifikat No. 104.01.1.1.01.18122023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 17 Desember 2028
		Chaterina Devi Shalsabila	Sertifikat No. 038.01.1.2.01.30062025 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 29 Juni 2030
		Boston Sihombing	Sertifikat No. 032.01.1.5.01.30062025 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 29 Juni 2030
		Chaterina Devi Shalsabila	Sertifikat No. 037.01.1.3.01.30062025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 29 Juni 2030
6.	Pelaksana Administrasi	Eliana Suwar Mulyani	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveimeter Gamma Pehamed	Pehamed Gerate GmbH	CD GAM-1	0187	YK.05.02/E.IX/23977/2024	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs	193433	o70007157i193433-2	Ya
3.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	201250	o70007491i20125-A-2	Ya
4.	Surveimeter Gamma Pehamed	Pehamed Gerate GmbH	CD GAM-1	0102	YK.05.02/E.IX/47355/2024	Ya
5.	Surveimeter Gamma Thermo Scientific	Thermo Scientific	RadEye G20-10	53997	190736 / LT / RP / 11 / 2024	Ya
6.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1411059	242F126994	Ya
7.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 (Base unit)	CB2-15020355	242F126989	Ya
8.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Cobia Flex	CB4-22016854	221F104383	Ya
9.	Multimeter X Ray RTI	RTI	DCT 10 RS LEMO	CTDI-0917	Proses Rekalibrasi di RTI Swedia	Ya
10.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI chamber adapter	AC1- 20040011	Proses Rekalibrasi di RTI Swedia	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	4	batch	Ya
2.	Pocket Dosimeter	4	batch	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Phantom CTIQ (Kualitas Citra CT. Scan)	Pro Project-Diagnostic	Pro-CT mk II	C-FK-000454	Digunakan untuk uji kualitas citra CT-Scan	Ya
2	Phantom CTDI (Indeks Dosis CT. Scan)	Pro Project-Diagnostic	Pro-CT Dose Head and Body	C-DM-000530	Digunakan untuk uji dosis kepala dan tubuh pada CT-Scan	Ya
3	Luxmeter	HIOKI FT3424	FT3424	230409288	Digunakan untuk uji lampu kolimasi pesawat RU	Ya
4	Luxmeter	HIOKI FT3424	FT3424	231227169	Digunakan untuk uji lampu kolimasi pesawat RU	Ya
5	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Pro-Project	Pro_Alpha	R-AP-000355	Digunakan untuk uji kolimasi pesawat RU	Ya
6	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Leed Test Object	TOR ABC	101	Digunakan untuk uji kolimasi pesawat RU	Ya
7	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Leed Test Object	TOR ABC	055	Digunakan untuk uji kolimasi pesawat RU	Ya
8	Timah hitam (Plat pb)	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji kebocoran tabung sinar-x dan sebagai attenuator	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
9	Rollmeter	STAR	A	AUSIP.RM.S-001	Kalibrasi : 18 Oktober 2024	Ya
10	Rollmeter	STAR	B	AUSIP.RM.S-002	Kalibrasi : 18 Oktober 2024	Ya
11	Rollmeter	WORKMAN	A	AUSIP.RM.W-001	Kalibrasi : 20 November 2024	Ya
12	Rollmeter	MESSI	A	AUSIP.RM.M-001	Kalibrasi : 18 Oktober 2024	Ya
13	Rollmeter	MESSI	B	AUSIP.RM.M-002	Kalibrasi : 20 November 2024	Ya
14	Water Pass	CARRSON	A	AUSIP.WP.C-001	Kalibrasi : 14 Juli 2025	Ya
15	Water Pass	CARRSON	B	AUSIP.WP.C-002	Kalibrasi : 25 Juni 2025	Ya
16	Water Pass	MICHAEL PROFESSIONAL	A	AUSIP.WP.M-001	Kalibrasi : 19 Juli 2025	Ya
17	Mistar Baja	JOYKO	A	AUSIP.MB.J-001	Kalibrasi : 25 Juni 2025	Ya
18	Mistar Baja	MATSUI PRECISION MFG.CO.LTD	A	AUSIP.MB.M-001	Kalibrasi : 25 Juni 2025	Ya
19	Mistar Baja	MATSUI PRECISION MFG.CO.LTD	B	AUSIP.MB.M-002	Kalibrasi : 25 Juni 2025	Ya
20	Mistar Baja	MATSUI PRECISION MFG.CO.LTD	C	AUSIP.MB.M-003	Kalibrasi : 17 Juli 2025	Ya
21	Mistar Baja	MATSUI PRECISION MFG.CO.LTD	D	AUSIP.MB.M-004	Kalibrasi : 22 Juli 2024 (Proses Re-Kalibrasi)	Ya
22	Mistar Baja	MATSUI PRECISION MFG.CO.LTD	E	AUSIP.MB.M-005	Kalibrasi : 17 Juli 2025	Ya
23	Phantom Al 21mm	Pro-Project	Pro-RF AL 21 / 02-307	R-PN-000158	Digunakan untuk uji AEC RU	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
24	Phantom PMMA Abdomen	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji AEC RU	Ya
25	Filter Al	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji HVL tidak langsung	Ya
26	Bandul Fluoroskopi	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji fluoroscopy	Ya
27	Thermohygrometer	THERMOPRO	TP-50	AUS.SIP-KAL.001	Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan	Ya
28	Thermohygrometer	THERMOPRO	TP-50	AUS.SIP-KAL.002	Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan	Ya
29	Thermohygrometer	THERMOPRO	TP-50	AUS.SIP-KAL.003	Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan	Ya
30	Thermohygrometer	THERMOPRO	TP-50	AUS.SIP-KAL.004	Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan	Ya
31	Atenuator 1 mmCu (10x10 cm)	Lokal	-	-	Opsional	Ya
32	Atenuator 2 mmCu (15x15 cm)	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji fluoroscopy	Ya
33	Atenuator 2 mmCu (20x20 cm)	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji Fluoroscropy	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
34	Phantom Fluoroscopi	Pro Project	Pro Fluo / 02-103	R-FP-000249	Digunakan untuk uji fluoroscopy	Ya
35	Film Gafchromic	Ashland	LD-V1, 8x10" (x10)	972412	Digunakan untuk uji dental (Habis pakai)	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09242.459.1.110925
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09242.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup Fluoroscopi dan CT Scan paling lama 3 (tiga) tahun sejak KTUN ini terbit. Selama belum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi dan akan dipungut PNBPN untuk setiap penerbitan sertifikat/notisinya
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

