



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.09612.459.1.190925 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202507291403212002372** dan No. Registrasi BAPETEN **700092.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Akurasindo Setya Medika
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 1220000511196/ 421157272615000
Alamat Instansi : Rungkut Barata XI/3, RT/RW 004/003, Rungkut Menanggal, Gunung Anyar
Kota Surabaya, Jawa Timur Telp. 082131171265
Nama Fasilitas : LUK PT. Akurasindo Setya Medika
Lokasi Fasilitas : Jl. Rungkut Barata XI No. 3, Rungkut Menanggal, Gunung Anyar , Kota
Surabaya , Jawa Timur 60293, Telp.082131171265, Fax.-

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **18 September 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**


Pada tanggal : **19 September 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09612.459.1.190925
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09612.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	CT-Scan
4.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09612.459.1.190925
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09612.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Evi Ifrohan	Manajer Puncak
2.	Manajer Mutu	Mochamad Rafif Firdiansyah	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Mochamad Haris Prasetya	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	Mochamad Fuad	Sertifikat No. 028.02.2.1.01.10032023 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 09 Maret 2028





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Mochamad Haris Prasetya	Sertifikat No. 057.01.1.1.01.11092023 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 10 September 2028
		Budi Andayani	Sertifikat No. 029.01.1.2.01.04042024 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 03 April 2029
		Mochamad Fuad	Sertifikat No. 068.01.1.3.01.11092023 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 10 September 2028
		Mochamad Fuad	Sertifikat No. 080.01.1.5.01.06082024 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 05 Agustus 2029
		Mochamad Haris Prasetya	Sertifikat No. 030.01.1.3.01.04042024 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 03 April 2029
		Mochamad Haris Prasetya	Sertifikat No. 111.01.1.2.01.18122023 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 17 Desember 2028
		Mochamad Haris Prasetya	Sertifikat No. 100.01.1.5.01.18122023 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 17 Desember 2028
6.	Pelaksana Administrasi	Putra Pratama Widiatmoko	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Raysave 452	RaySafe	Raysave 452	278488	01/102/IX-24/KAUR/E	Ya
2.	-	RTI	Piranha	CB2-18120134	2412A92306	Ya
3.	Piranha	Piranha	RTI	CB2-22080269	231A82741	Ya
4.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Kerma-length detector	IC1-23080073	2310K4084	Ya
5.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	2010028	2412F135742	Ya
6.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	2138170	231F115793	Ya
7.	Surveimeter Gamma Pehamed	Pehamed	CD GAM 1	0305	01/043/IV-24/KAUR/E	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	3	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Lux meter	Smart Sensor	ASS823	6380946	Digunakan untuk mengukur tingkat pencahayaan lampu kolimasi	Ya
2	Waterpass	Torpedo Digital	-	-	Digunakan untuk menilai kerataan bidang/benda	Ya
3	Meteran	V Grove	V Grove	-	Digunakan untuk mengukur SID, SOD, SDD, dsb	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
4	Alat Uji Kesesuaian Lapangan dan Ketegaklurusan Berkas	Pro Project	Pro FLuo	R-FP-000338	Digunakan untuk uji kualitas citra fluoroskopi. uji kolimasi dan ketegaklurusan berkasi sinar-X	Ya
5	Alat Uji Kesesuaian Lapangan dan Ketegaklurusan Berkas	Leeds Test Object	TORABC	189	Digunakan untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya
6	Fantom Kualitas Citra	Philips	453567134152	0715-222	Digunakan untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
7	CTDI Phantom	Sun Nuclear	2 Piece, 468-BH	805561-1262	Digunakan untuk pengukuran dosis CTDI	Ya
8	Fantom Abdomen	Leeds Test Object	TOAEC	139	Digunakan untuk uji AEC (perjejukan dan waktu respon minimum)	Ya
9	Lempeng Pb 2mm	Pro-Project	-	-	Digunakan untuk uji kebocoran tabung dan Uji Dosis Maksimum	Ya
10	Attenuator 21mmAl	Leeds Test Object	DIN Al Attenuator	0081	Digunakan untuk uji AEC (densitas & uniformitas)	Ya
11	Lempeng Cu 2 mm	Lokal	-	-	Digunakan untuk uji laju dosis input reseptor pesawat fluoroskopi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09612.459.1.190925
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09612.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup Fluoroskopi, CT Scan dan Pesawat Gigi paling lama tanggal 24 Maret 2027. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

