



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09961.477.1.061023
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202307112101435406224** dan No. Registrasi BAPETEN **700056.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : GAUNG MITRA ANDALAN
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 0612220025399/ 947385423542000
Alamat Instansi : Jalan Puntuk Wetan, Puntuk Wetan, RT/RW 001/008,Sukoharjo, Ngaglik. Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, -
Nama Fasilitas : Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran PPR Medik CV. Gaung Mitra Andalan
Lokasi Fasilitas : Jalan Puntuk Wetan, Puntuk Wetan, RT/RW 001/008,Sukoharjo, Ngaglik. , Kab. Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta -, Telp.-, Fax.-

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **05 Oktober 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **06 Oktober 2023**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09961.477.1.061023
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.09961.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	PPR Medik Tingkat 2





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09961.477.1.061023
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.09961.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pimpinan Lembaga	Sigit Purnomo	Direktur
2.	Penjamin Mutu Pelatihan	Sukmo Yoandhito Saktyo Purnomo	Penjamin Mutu
3.	Pengelola Pelatihan	Hapsara Hadi Carita Jati	Pengelola
4.	Tenaga Pengajar	Sigit Purnomo	Pengajar
		Endra Susila	Pengajar
		Sigit Budi Santoso, Ir	Pengajar
		Sutrasno	Pengajar
		Sigit Suryantono, BE	Pengajar
		Slamet Wiyuniati	Pengajar
		Hapsara Hadi Carita Jati	Pengajar
		Ildsia Maulidya Mar'athus Nasokha	Pengajar/ PPR Medik 2
		Ike Ade Nur Liscyaningsih	Pengajar/ PPR Medik 2
		Retno Wati	Pengajar/ PPR Medik 2
		Ayu Mahanani	Pengajar/ PPR Medik 2
Fisnandya Meita Astari	Pengajar/ PPR Medik 2		
5.	Tenaga Administrasi	Ajimas Sihanady Setiawan	Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Sarana

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Peralatan Kelas/Belajar Mengajar	1	1 Set Kursi untuk 30-40 Peserta 1 Set Meja Kursi Pengajar 1 Set Proyektor dan Layar 1 Set Papan Tulis	Ya
2.	Ruang Kelas Pelatihan	3	3 Ruang Kelas berbagai macam kapasitas	Ya
3.	Ruang / Tempat Praktikum	1	Ruang Praktikum	Ya
4.	Toilet	2	1 Pria dan 1 Wanita Dengan kapasitas masing-masing 3-4 Toilet	Ya
5.	Ruang Terima Tamu	1	Ruang terima tamu	Ya
6.	Tempat Ibadah	1	Mushola	Ya
7.	Tempat Parkir Kendaraan	1	Parkiran Motor dan Mobil	Ya
8.	Ruang Administrasi	1	Ruang Administrasi	Ya
9.	Ruang Penyimpanan Peralatan	1	Ruang Penyimpanan Peralatan	Ya
10.	Ruang Pengujian, Evaluasi atau Analisa	2	2 Ruang	Ya

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Atomtex	Atomtek	AT6130	22145	YK.01.03/XLVIII.2/AUR/2022 011	Ya
2.	Surveymeter Gamma	Ecotest	Terra MKS-05	2100050	No. 77162-2 / LT / KAUR / 01 / 2023	Ya
3.	Surveymeter Gamma	Ecotest	Terra MKS-05	2100050	No. 77162-2 / LT / KAUR / 01 / 2023	Ya
4.	Dosimeter Saku Gamma	Arrow Tech	W138	UG 355919	No. 75818 / LT / KAUR / 01 / 2023	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5.	Surveymeter Gamma	Fluke Biomedical	Fluke 451P-DE-SI-RYR	6441	No. 58468 / LT / KAUR / 10 / 2022	Tidak
6.	Dosimeter Saku Gamma	Arrow Tech	W138	OK 306491	No. 58469 / LT / KAUR / 10 / 2022	Tidak
7.	Dosimeter Saku Gamma	MGP Instruments	DMC 3000	01988170	No. 79248 / LT / KAUR / 02 / 2023	Tidak

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	4	buah	Ya
2.	Pen-Dose	1	buah	Ya

Peralatan Protektif Radiasi

NO	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Kacamata Pb	2	--	Ya
2.	Lampu Sinyal	1	--	Tidak
3.	Pelindung Gonad	1	--	Tidak
4.	Pelindung Organ	1	--	Tidak
5.	Tulisan Bahaya Radiasi	1	--	Ya

Peralatan PRP

NO	Pesawat	Tipe/No.Seri	Ma/kV	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Samsung	E7252/ 6F137	640mA 150kV	1 buah	Tidak
2.	BMI Bio Medical International	X22/ 13W372	500mA 150kVp	1 buah	Tidak





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09961.477.1.061023
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib memperhatikan masa berlaku perjanjian kerjasama antara CV. Gaung Mitra Andalan dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Jogjakarta No 092/KS/GMA/2022 dan No 1123/FIKES-UNISA/Au/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 terkait butir Sarana dan Prasarana yang tidak dimiliki sendiri.

