



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.10495.459.1.091025 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202505191729386275861** dan No. Registrasi BAPETEN **700066.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Famed Calibration
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120107830054/ 311986715412000
Alamat Instansi : Jl. Radar AURI Ruko Pondok Cibubur Blok E-11 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat
Nama Fasilitas : LUK PT. Famed Calibration
Lokasi Fasilitas : Jl. Radar AURI Ruko Pondok Cibubur Blok E No. 11, 12, 19, 20, Cisalak Pasar, Cimanggis , Kota Depok , Jawa Barat 16452, Telp.(021) 8730470, Fax.-

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **08 Oktober 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **09 Oktober 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.10495.459.1.091025
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.10495.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.10495.459.1.091025
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.10495.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Mamik Susilawati	Manajer Direktur
2.	Manajer Mutu	Ramdani Joko Saputro	Penanggung Jawab Mutu dan Manajemen Pelayanan
3.	Manajer Teknis	Rismarini Yufita	Penanggung Jawab Teknik
4.	Tenaga Ahli	Baramon Sera	Sertifikat No. 017.02.2.1.01.04032023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 03 Maret 2028
		Baramon Sera	Sertifikat No. 026.02.2.2.01.09032023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 08 Maret 2028
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 037.02.2.3.01.27032023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 26 Maret 2028
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 034.02.2.4.01.27032023 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 26 Maret 2028
		Yudhistira Ardi Setiawan	Sertifikat No. 036.02.2.5.01.27032023 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 26 Maret 2028





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Baramon Sera	Sertifikat No. 04FR/SPB-01/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 29 April 2026
		Baramon Sera	Sertifikat No. 05CT/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 09 Agustus 2027
		Baramon Sera	Sertifikat No. 113.01.1.4.01.03122024 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 02 Desember 2029
		Narwan, AMR, SAP.	Sertifikat No. 043.01.2.1.01.12072025 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d. 11 Juli 2030
		Narwan, AMR, SAP.	Sertifikat No. 051.01.2.3.01.12072025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d. 11 Juli 2030
		Narwan, AMR, SAP.	Sertifikat No. 041.01.2.4.01.12072025 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d. 11 Juli 2030
		Narwan, AMR, SAP.	Sertifikat No. 042.01.2.5.01.12072025 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d. 11 Juli 2030
		Narwan, AMR, SAP.	Sertifikat No. 052.01.2.2.01.05072024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku s.d. 04 Juli 2029
6.	Pelaksana Administrasi	Jannatul Lulu Fadilah	Administrasi Pengujian





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RTI	RTI	CT Dose Profiler	DP2-18030018	256F141571	Ya
2.	Surveimeter Gamma Henan Bosean	Henan Bosean Technology	FS 600	T04YB16799	181608 / LT / RP / 10 / 2024	Ya
3.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 base unit	CB2-15010231	239A86095	Ya
4.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 657 base unit	CB2-18120107	256F141567, dkk	Ya
5.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose probe	1810118	256F141578	Ya
6.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose Probe	1411087	26/SLP/SK-ADMTECH/VIII/2025	Ya
7.	Surveimeter Gamma CEM	CEM	DT-9501	220208999	025/FC/SP/X/25	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	6	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Luxmeter	Lutron	LX1102	Q407141	untuk uji iluminasi	Ya
2	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Gammex	161B	-	untuk uji kolimasi radiografi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
3	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Gammex	162A	-	untuk uji kolimasi radiografi	Ya
4	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Pro-Project	Pro-RF Geometry Cylinder	R-CG-000162	untuk uji kolimasi radiografi	Ya
5	Alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas	Leeds Test Objects	TOR ABC	177	untuk uji kolimasi radiografi	Ya
6	HVL Filter	Gammex	115A Aluminium	800012	untuk uji kualitas berkas sinar-X secara manual	Ya
7	HVL Filter	Gammex	115H Aluminium	800051	untuk uji kualitas berkas sinar-X secara manual	Ya
8	HVL Filter	Electronic Control Concepts	0,5 dan 1 mm Al	-	untuk uji kualitas berkas sinar-X secara manual	Ya
9	Atenuator 21 mm Al	Pro-Project	Pro-RF Al 21	R-PN-000113	untuk uji AEC radiografi	Ya
10	Plat Pb	Electronic Control Concepts	2 mm Pb	-	untuk uji kebocoran wadah tabung, melindungi reseptor citra dan uji laju dosis maksimum fluoroskopi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
11	Fantom PMMA Abdomen	Pro-Project	Pro-RF AEC PMMA	R-PP-000215	untuk uji AEC radiografi dan uji laju dosis tipikal fluoroskopi	Ya
12	Penggaris Uji Kolimasi	Gammex	Model 622	805314	untuk uji kolimasi	Ya
13	Penggaris Uji Kolimasi	Leeds Test Objects	-	-	untuk uji kolimasi	Ya
14	Alat Uji Kontras Rendah Fluoroskopi	Gammex	151	800421-4441	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
15	Fantom Kualitas Citra Fluoroskopi	Pro-Project	Pro-RF Fluo 18	R-FG-000118	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
16	Lempeng Cu	Pro-Project	Pro-RF Fluo 18	R-CU-000313	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
17	Lempeng Cu	Pro-Project	Pro-RF Fluo 18	R-CU-000321	untuk uji kualitas citra fluoroskopi	Ya
18	Fantom ACR Mammografi	Gammex	156	800004-1803012	untuk uji kualitas citra mammografi standar ACR	Ya
19	Alat Uji Konsistensi Phototimer Mammografi	Gammex	159A-Acrylic	8021811-1601	untuk uji AEC mammografi	Ya
20	Alat Uji Resolusi Spasial Mammografi	Gammex	Type 1	800436-1600	untuk uji kualitas citra mammografi	Ya
21	Alat Uji Resolusi Spasial Mammografi	Leeds Test Objects	25ak	200071	untuk uji kualitas citra mammografi	Ya
22	Fantom Kualitas Citra CT-Scan	Gammex	464	804140-5537	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya
23	Automated CT Software	Gammex	464-ACTS	805342	untuk uji kualitas citra CT scan	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
24	Fantom CTDI	Gammex	468-BHP	805549-1063	untuk uji dosis CT scan	Ya
25	Kompresi Mammografi	Gammex	163	800017-4299	untuk uji kompresi mammografi	Ya
26	Roll Meter	Krisbow	300 cm	KW0104030	untuk mengukur jarak	Ya
27	Mistar Baja	Krisbow	-	804	untuk mengukur jarak	Ya
28	Waterpass	JE Tech	LVS-30	070103	untuk menilai kerataan bidang	Ya
29	Radiochromic Film	Gafchromic	XR-QA2 8x10	-	untuk uji kolimasi pesawat gigi	Ya
30	Luxmeter	Krisbow	10176832	10176832-0016-0320/FCK0897	untuk uji iluminasi	Ya
31	Thermohygrometer	Temperature	HTC-1	FAM-0992	untuk mengukur suhu dan kelembaban	Ya
32	Thermohygrometer	Temperature	HTC-1	FAM-1421	untuk mengukur suhu dan kelembaban	Ya
33	Digital Laser Distance Meter	Sanfix	SD-50	17120606 / FCK-0086	untuk mengukur jarak	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.10495.459.1.091025
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.10495.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib mendapatkan akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup Fluoroskopi, Pesawat Gigi dan CT Scan paling lambat tanggal 31 Desember 2026 dan untuk sub lingkup Mammografi paling lambat tanggal 11 Januari 2029.
2. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian. Dalam hal sertifikat kalibrasi surveimeter gamma merek CEM maupun Henan Bosean terhadap sumber Am-241 diluar rentang, maka WAJIB menyediakan surveimeter pengganti yang memadai untuk rentang energi Diagnostik.

