



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.10550.459.1.101025 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202508191147248887998** dan No. Registrasi BAPETEN **700102.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Fujifilm Indonesia
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120007702149/ 031553688022000
Alamat Instansi : Eightyeight@Kasablanka Office Tower Lt.36 Unit A, B dan C Jl. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870 Telp. (021) 21282182 Fax. (021) 21282183
Nama Fasilitas : LUK PT. Fujifilm Indonesia
Lokasi Fasilitas : EightyEight@Kasablanka Office Tower A, Lantai 36 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet , Kota Jakarta Selatan , DKI Jakarta 12870, Telp.02121282182, Fax.02121282183

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **09 Oktober 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **10 Oktober 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.10550.459.1.101025
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.10550.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.10550.459.1.101025
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.10550.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Handra Effendi	Manajer Puncak (Kepala Laboratorium)
2.	Manajer Mutu	Siti Habibah Wardah	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Ikhsan Fitrawan	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	Ika Bayuadi, M.Si.	Sertifikat No. 08RU/STA/DKKN/IX/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 06 September 2027
		Ika Bayuadi, M.Si.	Sertifikat No. 079.02.1.4.01.31102023 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 30 Oktober 2028
		Ika Bayuadi, M.Si.	Sertifikat No. 136.02.1.5.01.09122024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 08 Desember 2029
5.	Penguji Berkualifikasi	Wahyu Cahyo Ramadhan	Sertifikat No. 08RU/SPB-01/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 29 April 2026
		Wahyu Cahyo Ramadhan	Sertifikat No. 08MM/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku hingga 05 Desember 2026
		Wahyu Cahyo Ramadhan	Sertifikat No. 16CT/SPB-01/BAPETEN/IX/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 29 September 2027
		Wahyu Cahyo Ramadhan	Sertifikat No. 10FR/SPB01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 09 Agustus 2027





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Heni Asnah Nurjannah	Pelaksana Administrasi
		Laras Widyas Putri	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Gamma	RaySafe	X2 Survey	281461	43268 / LT / KAUR / 06 / 2022	Ya
2.	Surveymeter Gamma	RTI	RTI Scatter Probe	SPI-2212006	233S141	Ya
3.	Surveymeter Gamma	RaySafe	X2 Survey	215797	o70039192i215797-1	Ya
4.	X-Ray Multimeter	RaySafe	X2 R/F	289952	o70005680i289952-A-1	Ya
5.	X-Ray Multimeter	RaySafe	X2 R/F	229514	o70039260i229514-B-1	Ya
6.	X-Ray Multimeter	RaySafe	X2 CT	338674	o70040088i338674-1	Ya
7.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM	222337	o70039204i222337-A-1	Ya
8.	X-Ray Multimeter	RaySafe	X2 mAs	225570	o70039239i225570-1	Ya
9.	X-Ray Multimeter	RaySafe	X2 MAM	298875	o70021280i298875-A-2	Ya
10.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	Dose Probe	1610294	246F130417	Ya
11.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	Dose Probe	2138205	256F141580	Ya
12.	X-Ray Multimeter	RTI	CT Ion Chamber	IC1-23020128	256K4906	Ya
13.	X-Ray Multimeter	RTI	Chamber Adapter	AC1 -23030035	256G63530	Ya
14.	X-Ray Multimeter	RTI	Piranha Base 657	CB2-22090196	256G63494	Ya
15.	X-Ray Multimeter	RTI	Piranha Base 657	CB2-17050391	246A89860	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	4	pcs	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Light Detector	Raysafe	X2 Light Sensor	288974	-	Ya
2	Light Detector	Raysafe	X2 Light Sensor	219756	-	Ya
3	Light Detector	RTI	Light probe	2103130	-	Ya
4	Light Detector	RTI	Light probe	1704161	-	Ya
5	Meteran	ACE	10 m	2496156	-	Ya
6	Waterpass	Krisbow	KW01-3910	-	-	Ya
7	Penggaris	Kenko	40 cm	-	-	Ya
8	Alat Uji Kompresi Mammografi	Pro-Project	Pro-MAM Compress 03-103	M-CS-000321	-	Ya
9	Filter HVL	Pro-Project	Pro-HVL 05-201	A-HV-100325	-	Ya
10	Filter HVL	RaySafe	-	-	-	Ya
11	Fantom ACR Mammography	Pro-Project	Pro-MAM Accreditation 03-501	M-AC-000589	-	Ya
12	Fantom PMMA Mammography	Pro-Project	Pro-MAM AEC PMMA 03-201	M-PP-000244	-	Ya
13	Mammografi Regulation Partner	Pro-Project	Pro-Res MAM Bar type 1	-	-	Ya
14	Lempeng Pb	Lokal	2 mm	PB-1	-	Ya
15	Lempeng Pb	Lokal	2 mm	PB-2	-	Ya
16	Apron	-	-	-	-	Ya
17	Alat Uji Kolimasi	Leeds Test Object	TOR ABC	104	-	Ya
18	Ketegaklurusan Berkas	Leeds Test Object	TOR ABC	104	-	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
19	Attenuator 21 mm Al	Pro-Project	Pro-RF AL 21	R-PN-000121,122	-	Ya
20	Fantom PMMA Abdomen	Leeds Test Object	TO AEC	LEED 0000A TO AEC	-	Ya
21	Fantom CTDI Head & Abdomen *)	Raysafe	-	-	-	Ya
22	Fantom ACR CT	Gammex	ACR 464	804882-5366	-	Ya
23	Dosimeter Saku Gamma	Aloka	PDM-222B	20337650	-	Ya
24	Fantom ACR CT	Sun Nuclear	IQphan	806107-1024	-	Ya
25	Radiochromic Film	gafchromic	xrqa2	-	-	Ya
26	Fantom Citra RF	Leeds Test Object	Flouro-4-L	101401000012-0'	-	Ya
27	Fantom Citra RF	Pro-project	Pro-Fluo 02-103	R-FP-000280	-	Ya
28	Attenuator Al 21 cm	Leeds Test Object	DIN AL attenuator	0142	-	Ya
29	Cu 0.5 mm	Pro-Project	Pro-RF AEC Cu 02-203 0,5 mm	R-CU-000404	-	Ya
30	Cu 1 mm	Pro-Project	Pro-RF AEC Cu 1 mm	R-CU-000424	-	Ya
31	Cu 1 mm	Pro-Project	Pro-RF AEC Cu 02-109 1 mm	R-CU-000597	-	Ya
32	Alat Uji Kolimasi	Sun Nuclear	161 B	805818-230517-39	-	Ya
33	Ketegaklurusan Berkas	Sun Nuclear	162A	800423-13046	-	Ya
34	Cu 1 mm	Pro-Project	Pro-RF AEC Cu 02-304 1 mm	R-CF000268	-	Ya
35	Cu 1 mm	Pro-Project	Pro-RF AEC Cu 02-304 1 mm	R-CF000269	-	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.10550.459.1.101025
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.10550.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
2. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi.
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.
4. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup Fluoroskopi paling lama sebelum tanggal 2 Desember 2027. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.

