



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.11921.459.4.121125 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202408130926020936850** dan No. Registrasi BAPETEN **700127.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Philips Indonesia Commercial
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120119112374/ 032806309017000
Alamat Instansi : Gedung Cibis Nine Lantai 10 Jl. TB Simatupang No. 2 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560 Telp. (021) 29651333 Fax. (021) 27808785
Nama Fasilitas : LUK PT. Philips Indonesia Commercial
Lokasi Fasilitas : Gedung Cibis Nine Lantai 10, Jl. TB Simatupang No. 2 , Kota Jakarta Selatan , DKI Jakarta 12560, Telp.(021) 29651333, Fax.(021) 27808785
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 13415.459.1.021224 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **01 Desember 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **12 November 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.11921.459.4.121125
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.11921.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	CT-Scan





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.11921.459.4.121125
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.11921.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Astri Ramayanti	President Director
2.	Manajer Mutu	Yuanki Melanie Astarina	Quality Manager
3.	Manajer Teknis	Nugroho Madukusumo	Technical Manager
4.	Tenaga Ahli	Nasyeh Taufiq	Sertifikat No. 05RU/STA/DKKN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 14 November 2026
		Nasyeh Taufiq	Sertifikat No. 04FR/STA/DKKN/III/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 07 Maret 2027
		Nasyeh Taufiq	Sertifikat No. 03CT/STA/DKKN/XI/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 14 November 2026





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Samsul Falah	Sertifikat No. 06CT/SPB-00/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 14 November 2026
		Samsul Falah	Sertifikat No. 01FR/SPB1-00/BAPETEN/III/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 06 Maret 2027
		Samsul Falah	Sertifikat No. 01RU/SPB1-00/BAPETEN/III/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 06 Maret 2027
		Mushthafa Rasyid	Sertifikat No. 032.01.2.1.01.16042024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 15 April 2029
		Mushthafa Rasyid	Sertifikat No. 033.01.2.3.01.16042024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 15 April 2029
		Fery Ardiansyah	Sertifikat No. 03RU/SPB1-00/BAPETEN/III/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 06 Maret 2027
		Fery Ardiansyah	Sertifikat No. 03FR/SPB1-00/BAPETEN/III/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 06 Maret 2027
		Fery Ardiansyah	Sertifikat No. 15CT/SPB-02/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 06 Desember 2026
		Burhanudin Wahyu Prabowo	Sertifikat No. 08FR/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 09 Agustus 2027
		Andi Primathesta Ramadhani	Sertifikat No. 13RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 09 Agustus 2027
		Andi Primathesta Ramadhani	Sertifikat No. 047.01.1.3.01.05062023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 04 Juni 2028
6.	Pelaksana Administrasi	Maya Anggraeni Octavia	Administration Officer





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	208737	o700002722i208737-B-1	Ya
2.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	286994	o70001126i286994-A-1	Ya
3.	Surveymeter Raysafe	Unfors	X2 Survey	230491	o70000849i230491-1	Ya
4.	Surveymeter Raysafe	RaySafe	X2 Survey	319511	o70005035i319511-1	Ya
5.	Surveymeter Raysafe	RaySafe	X2 Survey	319519	o70005761i319519-1	Ya
6.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT	308418	o10242426i308418-1	Ya
7.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT	317899	o70002866i317899-1	Ya
8.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT	308385	o10242423i308385-1	Ya
9.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	275969	o10240527i275969-B-1	Ya
10.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	243625	o10240526i243625-B-1	Ya
11.	Multimeter X-Ray Raysafe	RaySafe	X2 R/F	276213	o10250220i276213-A-1	Ya
12.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	321540	o70006544i321540-A-1	Ya
13.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	321532	o70006548i321532-A-1	Ya
14.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs (Base Unit)	225837	o10213415i225837-1	Ya
15.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs (Base Unit)	249413	o70010769i249413-1	Ya
16.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs (Base Unit)	319968	o70006231i319968-1	Ya
17.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 mAs (Base Unit)	274826	o10206003i274826-1	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
18.	Surveymeter Raysafe	RaySafe	X2 Survey	229916	o70000433i229916-1	Ya
19.	Surveymeter Raysafe	RaySafe	X2 Survey	230059	o70000437i230059-1	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Meteran	ACE	Y4R878	2387421-1, 2387421-2	Alat ukur panjang	Ya
2	Alat ukur suhu dan kelembaban	Madgetech	RF RH Tem2000A	R90085, R89968, R90096	Thermohygrometer	Ya
3	Alat uji kolimasi radiografi	Gamex	800422-130327	tanpa nomor seri	Alat uji kesesuaian lapangan sinar-X	Ya
4	Alat uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Gamex	800423-11422	tanpa nomor seri	Alat uji ketegaklurusan berkas	Ya
5	Fantom CTDI	Raysafe	16 dan 32 cm	tanpa nomor seri	CT Dose Index Phantom	Ya
6	Fantom PMMA	Leeds Test Objects	Ketebalan bervariasi mulai dari 0,5 cm - 2 cm	tanpa nomor seri	Fantom abdomen untuk pengujian AEC di RU dan pengujian kVp, dosis tipikal pasien di FL	Ya
7	Fantom Citra Fluoroskopi	Philips	Low and High Contrast Phantom	tanpa nomor seri	Untuk pengujian kualitas citra fluoroskopi	Ya
8	Fantom Citra CT-Scan	Philips	System Phantom	nomor seri bervariasi (unik tiap site)	Selalu tersedia di tempat pemohon uji (bundling dengan CT-Scan Philips yang dibeli pelanggan)	Tidak
9	Attenuator 21 mm Al	Philips	tanpa tipe	tanpa nomor seri	Filter untuk pengujian AEC di RU	Ya
10	Lempeng Pb tebal 2 mm	tanpa merk	tanpa tipe	tanpa nomor seri	Lempeng Pb tebal 2 mm dengan ukuran 30 x 30 cm	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
11	Attenuator Cu tebal 2 mm	Philips	tanpa tipe	tanpa tipe	Filter tembaga dengan ketebalan 2 mm untuk pengujian laju dosis input II di FL	Ya
12	Waterpass	Krisbow	KW01-1401	1 dan 2	Untuk memastikan kesejajaran permukaan objek	Ya
13	Luxmeter	Raysafe	X2 Light Sensor	272559, 313049, 272846, 243402	Untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.11921.459.4.121125
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.11921.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

