



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.12000.458.1.141125 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LABORATORIUM DOSIMETRI)

Berdasarkan ketentuan PP No. 45 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 118, TLN No. 6890) dengan No. Registrasi BAPETEN **700120.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Medan
NPWP : 001456052112000
Alamat Instansi : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 15 Kota Medan, Sumatera Utara, 20154 Telp. (061) 4533162 Fax. (061) 4564958
Nama Fasilitas : BPAFK Medan
Lokasi Fasilitas : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 15, Merdeka, Medan Baru , Kota Medan , Sumatera Utara 20154, Telp.(061) 4533162, Fax.(061) 4564958

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **13 November 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **14 November 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.12000.458.1.141125
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.12000.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Evaluasi Peralatan Pemantau Dosis Eksterna





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.12000.458.1.141125
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.12000.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Khairul Bahri, ST.	Kepala BPAFK Medan
2.	Manajer Mutu	Ismail Faruqi	Ketua Tim Kerja TOP
3.	Manajer Teknis	Juliana Lasniar Sidauruk, S.Si	Kepala Instalasi Lab. Dosimetri
4.	Penyelia	Sulvina, S.Si	Penyelia dan Pelaksana Lab. Dosimetri
5.	Pelaksana Teknis	Sulvina, S.Si	Pelaksana Lab. Dosimetri
		Ria Diana Sembiring	Pelaksana Lab. Dosimetri
		Ricky Aprianto Bangun	Pelaksana Lab. Dosimetri
6.	Pelaksana Administrasi	DEWI NOVALIA BATUBARA	Pengelola Layanan Operasional





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Sarana

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Ruang Administrasi	1	-	Ya
2.	Ruang Pengujian, Evaluasi atau Analisa	1	-	Ya
3.	Ruang Preparasi Sampel	1	-	Ya
4.	Ruang Penyimpanan SRP	1	-	Ya

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD Reader Harshaw	Thermo Fisher Scientific	6600 Plus	1112357	Hasil Cek Stabilitas HP 10 & HP 3	Ya
2.	Surveimeter Gamma Canberra	Canberra	Babyline 81	4095	185438 / LT / RP / 11 / 2024	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	3	unit	Ya

Peralatan ZRA

NO	Radionuklida	Tipe/No.Seri	Sifat/Bentuk	Aktivitas	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Sr-90	6600PLUS/ SZ443	Padat Terbungkus	500 μ Ci / 2011-12-01	1	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Thermohygrometer	Germany	HAAR-SYNTH.HYGRO	-	Terkalibrasi	Ya
2	TLD Golden Card	Harshaw	6600 Plus	1112357	laik	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.12000.458.1.141125
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LABORATORIUM DOSIMETRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.12000.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Diberikan untuk evaluasi peralatan pemantau dosis eksternal sub-lingkup TLD (Thermoluminescence Dosimeter) Badge Harshaw pada besaran Hp (10) dan Hp (3).
2. Personil yang diperbolehkan melakukan pengujian hanya personil Pelaksana Teknis yang tercantum dalam Rekomendasi atau KTUN penunjukan ini.

