



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.12006.459.1.141125 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan PP No. 45 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 118, TLN No. 6890) dengan No. Registrasi BAPETEN **700091.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
NPWP : 001804913732000
Alamat Instansi : Jl. Banua Praja Utara, RT.03 RW.01, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 70732 Telp. 0511-5915674 Fax. 0511-5915674
Nama Fasilitas : Laboratorium Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi LPAFK Banjarbaru
Lokasi Fasilitas : Jl. Banua Praja Utara, RT.03 RW.01, Kel. Cempaka, Kec. Cempaka , Kota Banjar Baru , Kalimantan Selatan 70732, Telp.0511-5915674, Fax.0511-5915674

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **13 November 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**


Pada tanggal : **14 November 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.12006.459.1.141125
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.12006.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	CT-Scan
4.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.12006.459.1.141125
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.12006.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Yuni Irmawati, SKM, MA	Kepala LPAFK Banjarbaru
2.	Manajer Mutu	Muhammad Arrizal Septiawan	Ketua Tim Kerja Tata Operasional
3.	Manajer Teknis	Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	Kepala Instalasi Uji Kesesuaian Proteksi Radiasi
4.	Tenaga Ahli	Samburi, ST.	Sertifikat No. 010.02.2.5.01.02032023 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 01 Maret 2028
		Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	Sertifikat No. 009.02.2.1.01.13032024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 12 Maret 2029
		Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	Sertifikat No. 010.02.2.2.01.13032024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 12 Maret 2029
		Samburi, ST.	Sertifikat No. 008.02.2.3.01.02032023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 01 Maret 2028





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	Sertifikat No. 01FR/SPB-00/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 22 April 2026
		Titi Purwati	Sertifikat No. 11RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 09 Agustus 2027
		Annas Dwi Ma'ruf, ST	Sertifikat No. 18RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 25 Agustus 2027
		Annas Dwi Ma'ruf, ST	Sertifikat No. 07DT/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 25 Agustus 2027
		Titi Purwati	Sertifikat No. 110.01.1.2.01.18122023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 17 Desember 2028
		Christian P.C. Nobel Peday, S.Si.	Sertifikat No. 064.01.1.5.01.14082025 Sub lingkup CT-Scan Berlaku hingga 13 Agustus 2030
6.	Pelaksana Administrasi	Davina Audy Fitriana	Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveimeter Gamma Thermo Scientific	Thermo Scientific	FH40GL	025351	197885-1/LT/RP/03/2025	Ya
2.	Surveimeter Gamma Thermo Scientific	Thermo Scientific	FH40GL	025374	197885-2 / LT / RP / 03 / 2025	Ya
3.	Surveimeter Gamma Thermo Scientific	Thermo Scientific	FH40G-L10	41328	197885-3 / LT / RP / 03 / 2025	Ya
4.	Surveimeter Gamma Rotem Industries	Rotem Industries	Ram Ion DIG 4-0042	2207-106	220735-3 / LT / RP / 07 / 2025	Ya
5.	Surveimeter Gamma Rotem Industries	Rotem Industries	Ram Ion DIG X BAK-2010	2213-027	220735-2 / LT / RP / 07 / 2025	Ya
6.	Surveimeter Gamma Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	RaySafe 452	278154	220735-1 / LT / RP / 07 / 2025	Ya
7.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Piranha 557 base unit	CB2-07070281	2210A81153	Ya
8.	Multimeter X ray RTI	RTI	Piranha 657 base unit	CB2-15050304	242A88292	Ya
9.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI CT Dose Profiler	DP2-15060036	242F127043	Ya
10.	Multimeter X Ray RTI	RTI	RTI Dose Probe	1411179	242F127072	Ya
11.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Prestige base unit	247866	308828	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
12.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	254755	o70044548i254755-A-2	Ya
13.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	246772	o70044494i246772-A-1	Ya
14.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	230014	o70044587i230014-1	Ya
15.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	338657	o700044730i338657-1	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminescence Dosimeter)	5	buah	Ya
2.	Pocket Dosimeter	5	buah	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Collimator Test Tool	Gammex	161A+161B	800422-110725	Alat Utama	Ya
2	Collimator Test Tool	Gammex	161A+162A	800422-170711-06	Alat Utama	Ya
3	Beam Alignment test tool	Gammex	161A + 161B	800423 - 11437	Alat Utama	Ya
4	Beam Alignment test tool	Gammex	161B + 162A	800423-12224	Alat Utama	Ya
5	Beam Alignment And Centering Test Tool	Leeds Test Object	ABC	77	Alamat Utama	Ya
6	Lux Meter	KIMO	LX 100	15041550	Alat Utama	Ya
7	Lux Meter	Extech	HD 450	190509695	Alat Utama	Ya
8	Lux Meter	Extech	Easyview	190102378	Alat Utama	Ya
9	Waterpass	Digipas	Dwl 200	-	Alat Utama	Ya
10	Waterpass	Krisbow	KW01-3906	-	Alat Utama	Ya
11	Phantom CTDI	Saveray	CATO-2	-	Alat Utama	Ya
12	AAPM CT Performance	Pro-Project	Pro-CT AAPM	C-AA-000107	Alat Utama	Ya
13	Phantom AEC	Leeds Test Object	AEC	-	Alat Utama	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
14	Phantom ACR	Gammex	464	804740-5484	Alat Utama	Ya
15	ACR Phantom Pro MRI	Pro-Project	09-101	I-MR-000387	Alat Utama	Ya
16	Phantom DMAM	Leeds Test Object	DMAM2	143	Alat Utama	Ya
17	Phantom SFS Set	Leeds Test Object	-	W0661	Alat Utama	Ya
18	Sensitometer	Pehamed	sensi c	5782	Alat Utama	Ya
19	HVL Set	Leeds Test Object	To HVL	12	Alat Utama	Ya
20	Atenuator al	Leeds Test Object	DIN Al Attenuator	0092	Alat Utama	Ya
21	Lempeng PB 2mm	-	Uk. 18 x 18 cm	-	Alat Utama	Ya
22	Lempeng PB 2mm	-	Uk. 30 x 30 cm	-	Alat Utama	Ya
23	Plat CU 0,5 mm	-	Uk. 30 x 30 cm	-	Alat Utama	Ya
24	Plat CU 1 mm	-	Uk. 25 x 25 cm	-	Alat Utama	Ya
25	Densitometer	Pehamed	Densoquick2	N6976	Alat Utama	Ya
26	Mammografi Digital Force Gauge	Pro-Project	03-103	M-CS-000846	Alat Utama	Ya
27	Phantom Mammography	Gammex 156	156	800004-1604064	Alat Utama	Ya
28	Phantom Fluoro4	Leeds Test Object	DIN	-	Alat Utama	Ya
29	Mistar Baja	Wipro	-	-	Alat Utama	Ya
30	Mistar Baja	Krisbow	KW-01-651	-	Alat Utama	Ya
31	Roll Meter	Krisbow	3.5M	KW 0104033	Alat Utama	Ya
32	Roll Meter	Krisbow	5M	10070235	Alat Utama	Ya
33	Digital Roll Meter	Bosch	GIM150	0502241755	Alat Utama	Ya
34	Phantom Dental	Pro-Project	01-203	D-PS-001994	Alat Utama	Ya
35	StepWedge	Pro-Project	PRO-RTG21	R-TO-000216	Alat Pendukung	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
36	Grid Alignment Test Tool	Pro-Project	Pro-RTG Gridal	R-GA-000103	Alat Pendukung	Ya
37	Stand HVL	Leeds Test Object	-	-	Alat Pendukung	Ya
38	Thermohygrometer	Greisinger	GFTB 200	34903334	Alat Pendukung	Ya
39	Thermohygrometer	Greisinger	GFTB 200	34903050	Alat Pendukung	Ya
40	Thermohygrometer	Greisinger	GFTH 200	-	Alat Pendukung	Ya
41	Thermohygrobarometer	Extech	SD700	A100614	Alat Pendukung	Ya
42	Digital Multimeter	BK Precision	393	407116113	Alat Pendukung	Ya
43	Digital Caliper	Krisbow	KW06-423	-	Alat Pendukung	Ya
44	Image Viewer	Ecomed	EV-360MT	36033636	Alat Pendukung	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.12006.459.1.141125
TENTANG
PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.12006.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
2. Lembaga Uji Ketenaganukliran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian ke BAPETEN secara berkala, paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
3. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

