



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13208.459.1.201223
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202202091428466802635** dan No. Registrasi BAPETEN **700059.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Murti Indah Sentosa
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120008491061/ 013656970062000
Alamat Instansi : Wisma Murti Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29, Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240 Telp. (021) 7238312 Fax. (021) 7262229
Nama Fasilitas : LUK PT. Murti Indah Sentosa
Lokasi Fasilitas : Wisma Murti, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29, Kebayoran Lama , Kota Jakarta Selatan , DKI Jakarta , Telp.(021) 7238312, Fax.(021) 7262229

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **19 Desember 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **20 Desember 2023**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13208.459.1.201223
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.13208.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	CT-Scan





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13208.459.1.201223
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.13208.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	IR ATIK SUTISNA	Direktur Utama
2.	Manajer Mutu	Avip Budiawan	Manajer Mutu dan Koordinator Laboratorium
3.	Manajer Teknis	Febrian Pratama Hidayat	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	Ari Surya Miharja	Sertifikat No. 01RU/STA/DKKN/VII/2019 Sub lingkup Radiografi Umum
		Ari Surya Miharja	Sertifikat No. 01CT/STA/DKKN/VII/2019 Sub lingkup CT-Scan
		Fitri Yuni Lestari	Sertifikat No. 14RU/STA-1/DKKN/X/2022 Sub lingkup Radiografi Umum
		Apep Qosim, S.Si.	Sertifikat No. 04RU/STA/DKKN/VII/2019 Sub lingkup Radiografi Umum
5.	Penguji Berkualifikasi	Fitri Yuni Lestari	Sertifikat No. 19CT/SPB1-00/BAPETEN/XI/2022 Sub lingkup CT-Scan
		Febrian Pratama Hidayat	Sertifikat No. 050.01.2.1.01.15082023 Sub lingkup Radiografi Umum
		Falya Giyassal	Sertifikat No. 037.01.1.1.01.28032023 Sub lingkup Radiografi Umum
		Syfa Rasyunatussahidah	Sertifikat No. 055.01.1.1.01.11092023 Sub lingkup Radiografi Umum
		Febrian Pratama Hidayat	Sertifikat No. 095.01.2.5.01.13112023 Sub lingkup CT-Scan
6.	Pelaksana Administrasi	Evi Saptaningsih	Pelaksana Administrasi
		Tuti Rohayati	Pelaksana Administrasi





Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Gamma	SE International	Fluke 451P-DE-SI-RYR	8183	96269/LT/KAUR/06/2023	Ya
2.	Surveimeter Gamma	SE International	Ranger	R311065	128640/LT/KAUR/12/2023	Ya
3.	IBA Dosimetry GmbH	IBA Dosimetry	MagicMax Universal	G20-01126	MM-002551	Ya
4.	IBA Dosimetry GmbH	IBA Dosimetry	XR Detector	R20-0981	MM-002551	Ya
5.	IBA Dosimetry GmbH	IBA Dosimetry	MagicMax Universal	G12-0078	MM-002763	Ya
6.	IBA Dosimetry GmbH	IBA Dosimetry	XR Detector	R12-0116	MM-002763	Ya
7.	IBA Dosimetry GmbH	IBA Dosimetry	DCT10-MM	2013	MM-002763	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	7	unit	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
----	-----------------	-------	------	---------	------------	--------------------------





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Fantom Abdomen	IBA	PMMA	032.PMMA.2023	Digunakan untuk melindungi reseptor citra, sebagai atenuator, dan fungsi ekuivalen pasien	Ya
2	Fantom kualitas citra CT	The Phantom Laboratory	Catphan 700	70039 ; 700333	CT Scanner performance testing	Ya
3	Fantom CTDI	IBA	Fantom CTDI	027.CTD.2023 ; 028.CTD.2023	Digunakan sebagai ekuivalen pasien dalam penghitungan CTDI	Ya
4	Alat uji kesesuaian lapangan dan ketegaklurusan berkas	Gammex ; RMI	Collimator test tool	800423-11507 ; 030.CLM.2023	Digunakan untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas Sinar-X	Ya
5	Luxmeter	IBA; Sanwa; Tasco	LS-MM (IBA); LX-2 (Sanwa); Ins (Tasco)	24174 (IBA); 12110200234 (Sanwa); 204133 (Tasco)	Digunakan untuk uji iluminasi	Ya
6	Lempeng Pb tebal 2mm	-	-	-	Digunakan untuk uji kebocoran tabung; Digunakan untuk uji laju maksimum di udara.	Ya
7	Attenuator Cu tebal 2 mm	-	-	-	Digunakan sebagai atenuator, melindungi reseptor citra, untuk uji laju dosis input reseptor citra,	Ya
8	Pola uji geometri atau mesh wire	IBA	ETR-1	10718	Digunakan untuk mengukur area efektif monitor	Ya
9	Alat uji resolusi tinggi	IBA	Primus L	12-0011406	Digunakan untuk uji kualitas citra	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
10	Alat uji resolusi rendah	IBA	Primus L	12-0011406	Digunakan untuk uji kualitas citra	Ya
11	Marker Penanda	-	-	034.MAR.2023 ; 035.MAR.2023	Digunakan untuk memberi tanda	Ya
12	Attenuator Al tebal 21 mm	IBA	-	12-0030107	Digunakan sebagai attenuator	Ya
13	Waterpass	Empire	Empire Level	023.WPS.2023 ; 024.WPS.2023	Digunakan untuk memastikan pengujian dilakukan pada bidang datar	Ya
14	Digital Thermohygrometer	DEKKO; KRISBOW	637N; KW06-797	017.THM.2023 ; -	Digunakan sebagai alat pengukur suhu dan kelembapan ruangan	Ya
15	Mistar Baja	Krisbow	-	021.MTR.2023	Digunakan untuk mengukur panjang	Ya
16	Roll Meter	ACE	-	019.MTR.2023	Digunakan untuk mengukur panjang	Ya





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13208.459.1.201223
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Ketentuan dan Kondisi

1. Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi

