



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.13714.459.4.181225 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202203091641243245135** dan No. Registrasi BAPETEN **700130.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Global Promedika Service
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120101962007/ 210069381077000
Alamat Instansi : Gd. PT. Bersaudara Lt. 1 Jl. Penjernihan I No. 38, Bendungan Hilir, Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210 Telp. 021-5701467
Nama Fasilitas : Jasa Pengujian Laboratorium
Lokasi Fasilitas : Gd. PT. Bersaudara Lt. 1 Jl. Penjernihan I No. 38, Bendungan Hilir, Tanah Abang , Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10210, Telp.021-5701467, Fax.-
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil,Sarana) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 08008.459.4.140825 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **05 April 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **18 Desember 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13714.459.4.181225
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13714.004

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	CT-Scan
2.	Radiografi Umum
3.	Fluoroskopi
4.	Mamografi
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13714.459.4.181225
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13714.004

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	I Wayan Arya Wiguna	Direktur
2.	Manajer Mutu	Resti Andira	-
3.	Manajer Teknis	Abdi Wibowo	-
4.	Tenaga Ahli	Yahya Mustofa	Sertifikat No. 01CT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 22 Februari 2027
5.	Tenaga Ahli	Syamsul Hidayah, S.Si	Sertifikat No. 03FR/STA/DKKN/XI/2021 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 14 November 2026
6.	Tenaga Ahli	Syamsul Hidayah, S.Si	Sertifikat No. 027.02.2.4.01.08032023 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 7 Maret 2028
7.	Tenaga Ahli	Bayu Handiko	Sertifikat No. 077.02.1.2.01.31102023 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 30 Oktober 2028
8.	Tenaga Ahli	M. Bernadi Luvian	Sertifikat No. 074.02.1.1.01.31102023 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 30 Oktober 2028
9.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 15FR/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 25 Agustus 2027
10.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 10MM/SPB-01/BAPETEN/XII/2021 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 5 Desember 2026





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
11.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 058.01.2.2.01.11072024 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 10 Juli 2029
12.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 24RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 25 Agustus 2027
13.	Penguji Berkualifikasi	Andri Yansyah, S.Si	Sertifikat No. 060.01.2.5.01.11072024 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 10 Juli 2029
14.	Penguji Berkualifikasi	Wahyu Saputra	Sertifikat No. 057.01.1.1.01.14082025 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 13 Agustus 2030
15.	Penguji Berkualifikasi	Wahyu Saputra	Sertifikat No. 040.01.1.2.01.30062025 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 29 Juni 2030
16.	Pelaksana Administrasi	Rahma Dinda Meyliana	-





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey Sensor	230391	o70041137i23039-1	Ya
2.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	300951	o70022730i300951-A-1	Ya
3.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	303261	o70022698i303261-A-1	Ya
4.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM sensor	250837	o70041098i250837-A-1	Ya
5.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F sensor	305810	o70041274i305810-A-1	Ya
6.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	326002	o70023212i326002-1	Ya
7.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT sensor	284539	o70041166i284539-1	Ya
8.	Multimeter X Ray RaySafe	RaySafe	X2 Survey sensor	281880	o70022688i281880-1	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Fantom kualitas citra CT	Pro-Project	Pro-CT	C-FS-000356	Untuk uji kualitas citra CT Scan	Ya
2	Fantom CTDI	RTI	CTDI Head & Body	06218	Untuk uji indeks dosis CT (CTDI) kepala dan badan	Ya
3	Fantom Perspex mammografi	Pro-Project	Pro-Mam AEC PMMA	M-PP000218	Untuk uji AEC Mammografi	Ya
4	Fantom kualitas citra Mammografi	Cirs	Mammographic Accreditation Phantom	ZN - 735	Untuk uji kualitas citra mammografi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Fantom Abdomen ketebal 17.5 cm	Pro-Project	Pro-RTG AAPM 31	R-AI-000117	Untuk uji AEC Radiografi Umum dan laju dosis tipikal Fluoroscopi	Ya
6	Fantom Abdomen ketebalan 20 cm	Pro-Project	Pro-RF AEC PMMA (02-201)	R-PP-000301	Untuk uji AEC Radiografi Umum dan laju dosis tipikal Fluoroscopi	Ya
7	Fantom Abdomen ketebalan 25 cm	Lead Test Object	TO AEC	184	Untuk uji AEC Radiografi Umum dan laju dosis tipikal Fluoroscopi	Ya
8	Fantom kualitas citra Fluoroscopi	Lead Test Object	TOR CDR	W01437	Untuk uji kualitas citra Fluoroscopi	Ya
9	Fantom kualitas citra Fluoroscopi	Lead Test Object	Flouro 4	0020	Untuk uji kualitas citra Fluoroscopi	Ya
10	Alat uji kesesuaian lapangan, dan ketegaklurusan berkas	Lead Test Object	TOR ABC	0056	Untuk uji kolimasi Radiografi Umum dan Fluoroscopi	Ya
11	Alat uji kesesuaian lapangan, dan ketegaklurusan berkas	Pro-Project	Pro - Alpha	R-AP-000441	Untuk uji kolimasi Radiografi Umum dan Fluoroscopi	Ya
12	Attenuator Al tebal 21 mm	Lead Test Object	Al 21 mm - Attenuator	0008	Untuk uji AEC Radiografi Umum	Ya
13	Attenuator Al tebal 21 mm	Pro-Project	Pro-RF Al 21	R-PN-000214	Untuk uji AEC Radiografi Umum	Ya
14	Mamography X-Ray Ruler	Lead Test Object	Dmam-2Rulers	-	Untuk uji kolimasi mamografi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
15	Roll Meter	Krisbow	LRMT 8	170466	Untuk mengukur atau verifikasi panjang area	Ya
16	Roll Meter	Krisbow	10070235	-	Untuk mengukur atau verifikasi panjang area	Ya
17	Waterpass	Krisbow	-	-	Untuk pengujian kerataan, kelurusan dan kemiringan suatu bidang atau objek	Ya
18	Digital Thermohygrometer	-	HTC - 2	-	Untuk mengukur suhu dan kelembaban udara	Ya
19	Mistar Baja / Penggaris	Krisbow	KW01	651	Untuk mengukur atau verifikasi panjang area	Ya
20	Mistar Baja / Penggaris	Tactix	-	239212	Untuk mengukur atau verifikasi panjang area	Ya
21	Digital Caliper / Jangka Sorong	Track Life	DC01	-	Untuk mengukur atau verifikasi panjang area	Ya
22	Timbangan elektronik Mammografi	Pro-Project	Pro Mam Compress 03-103	M-CS-0000109	Untuk uji kompresi Mammografi	Ya
23	Densitometer	Pehamed	Denso quick 2	6662	Untuk uji AEC Radiografi Umum	Ya
24	Lux Meter	Raysafe	X2 Light Sensor	252444	Untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
25	Lux Meter	Raysafe	X2 Light Sensor	299499	Untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13714.459.4.181225
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13714.004

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

