



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.13846.459.4.221225 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202311091428292776658** dan No. Registrasi BAPETEN **700138.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120102331447/ 026550640016000
Alamat Instansi : Plaza Ciputat Mas Jl. Ir. H. Juanda No. 5 A Blok B Kav. P, RT. 004/006, Rempoa, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412 Telp. 021 74786334
Nama Fasilitas : Lembaga Uji Kesesuaian Koperasi JKRL
Lokasi Fasilitas : Plaza Ciputat Mas Blok B Kav. P Jl. Ir. H. Juanda No. 5 A RT. 004/006, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Telp.(021)7654241, Fax.(021)7654241
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 14509.459.1.231224 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **22 Desember 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **22 Desember 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13846.459.4.221225
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13846.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13846.459.4.221225
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13846.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Dr. Eko Pudjadi, M.Sc	Kepada NuklindoLab
2.	Manajer Mutu	Dr. Johannes Robert Dumais	Manajer Divisi Jaminan Mutu
3.	Manajer Teknis	Nur Choyin	Manajer Unit Keselamatan dan Uji Kesesuaian
4.	Tenaga Ahli	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 07RU/STA/DKKN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 14 November 2026
5.	Tenaga Ahli	Azizah	Sertifikat No. 078.02.1.4.01.31102023 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 30 Oktober 2028
6.	Tenaga Ahli	Yahya Mustofa	Sertifikat No. 01CT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d 22 Februari 2027
7.	Tenaga Ahli	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 135.02.1.2.01.09122024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku s.d 08 Desember 2029
8.	Tenaga Ahli	Azizah	Sertifikat No. 092.02.1.3.01.25102024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d 24 Oktober 2029
9.	Penguji Berkualifikasi	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 044.01.2.3.01.07062024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d 06 Juni 2029
10.	Penguji Berkualifikasi	Syfa Istiqomah	Sertifikat No. 045.01.2.1.01.07062024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 06 Juni 2029





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
11.	Penguji Berkualifikasi	Feky Herman	Sertifikat No. 12RU/SPB-01/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 14 November 2026
12.	Penguji Berkualifikasi	Wina Ike Sukmawati	Sertifikat No. 092.01.2.4.01.09112023 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 08 November 2028
13.	Penguji Berkualifikasi	Firli Nadia Adhisti	Sertifikat No. 048.01.2.4.01.07062024 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 06 Juni 2029
14.	Penguji Berkualifikasi	Alex Ripin Budiyanto	Sertifikat No. 16FR/SPB-00/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d 14 November 2026
15.	Penguji Berkualifikasi	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 042.01.2.5.01.07062024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d 06 Juni 2029
16.	Penguji Berkualifikasi	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 091.01.2.4.01.09112023 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 08 November 2028
17.	Penguji Berkualifikasi	Azizah	Sertifikat No. 046.01.2.1.01.08062024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 07 Juni 2029
18.	Penguji Berkualifikasi	Alex Ripin Budiyanto	Sertifikat No. 03MM/SPB-00/BAPETEN/VII/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 12 Juli 2026
19.	Penguji Berkualifikasi	Wina Ike Sukmawati	Sertifikat No. 047.01.2.1.01.07062024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 06 Juni 2029
20.	Penguji Berkualifikasi	Alex Ripin Budiyanto	Sertifikat No. 01RU/SPB-00/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 22 April 2026
21.	Penguji Berkualifikasi	Pranowo Adi Witanto	Sertifikat No. 06MM/SPB-00/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 14 November 2026
22.	Penguji Berkualifikasi	Syfa Istiqomah	Sertifikat No. 049.01.2.4.01.07062024 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 06 Juni 2029
23.	Penguji Berkualifikasi	Azizah	Sertifikat No. 128.01.1.5.01.03122024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d 02 Desember 2029





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
24.	Penguji Berkualifikasi	Syfa Istiqomah	Sertifikat No. 089.01.1.2.01.07102024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 06 Oktober 2029
25.	Penguji Berkualifikasi	Ahmad Zaky Shohibun Nuha	Sertifikat No. 080.01.1.3.01.01102025 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 30 September 2030
26.	Pelaksana Administrasi	Muthia Andita Rasyid	Staf Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter	Thermo Scientific	RadEye B20	30230	135740-2 / LT / KAUR / 01 / 2024	Ya
2.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 R/F	292222	o70016805i292222-A-1	Ya
3.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 CT	293436	o70016750i293436-1	Ya
4.	Multimeter X-Ray RaySafe	RaySafe	X2 MAM	298204	o70016770i298204-A-1	Ya
5.	Multimeter X-Ray IBA	IBA Dosimetry	XR Detektor	R16-0456	XR IBA SN.R16-0456	Ya
6.	Multimeter X-Ray IBA	IBA Dosimetry	XM Detector	M16-0323	Sertifikat XM IBA	Ya
7.	Multimeter X-Ray IBA	IBA Dosimetry	DCT10-MM	2360	Sertifikat DCT IBA	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Luxmeter	IBA	MM-LS	24192	Uji Iluminasi	Ya
2	Luxmeter	Krisbow	10176593	10176593-0094-0122	Uji Iluminasi	Ya
3	Roll meter	Krisbow	-	-	Mengukur SDD dan SOD	Ya
4	Roll meter	Tekiro	GT-MT1718	-	Mengukur SDD dan SOD	Ya
5	Penggaris	Kenko	-	-	Mengukur Lapangan Kolimasi dan Pergeseran Meja	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
6	Waterpass	Pro-Project	-	-	Mengukur kerataan permukaan	Ya
7	Digital Thermohygrometer	Beurer	HM16	-	Mengukur Suhu dan Kelembaban	Ya
8	Collimator test tools	Pro-Project	Pro-RF Geometry	R-CG-000307	Uji Kolimasi	Ya
9	Collimator test tools	Gammex	161B	800422-170808-01	Uji Kolimasi	Ya
10	Beam Alignment test tool	Gammex	162A	800423-12262	Uji Kolimasi	Ya
11	Beam Alignment test tool	Pro-Project	Pro-RF Geometry	R-CG-000279	Uji Kolimasi	Ya
12	Test Phantom	IBA	Primus L	-	Uji Kualitas Citra pada Fluoroskopi	Ya
13	Fantom AEC	Leeds	TOAEC	122	Uji AEC	Ya
14	Fantom ACR	Gammex	156	800004-1806106	Uji Kualitas Citra Mammografi	Ya
15	Fantom Citra CT Scan	Catphan	500	-	Uji Kualitas Citra CT Scan	Ya
16	Fantom Mammografi	Artinis	PASMAM 1054	1609	Uji Kualitas Citra Mammografi	Ya
17	Fantom CTDI	IBA	-	-	Uji CTDI kepala dan badan	Ya
18	Film Gafchromic XR	-	QA2	1012	Uji Kolimasi Dental	Ya
19	HVL Filter	Raysafe	SIS 4007	1901017-A	Uji HVL	Ya
20	21 mm Al Attenuator	Pro-Project	Pro RF Al 21	R-PN-000160	Uji AEC	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
21	Cu Plates	Pro-Project	Pro RF AEC Cu	R-CU-000597; R-CU-000532; R-CU-000596; R-CU-000531	Uji Laju dosis permukaan II dan Akurasi KV pad Fluoroskopi	Ya
22	Densitometer	Pehamed	Densoquick 2	N7042	Mengukur optical density	Ya
23	Kompresi	Pro-MAM Compress	03-103	M-CS-000492	Uji Kompresi pada Mammografi	Ya
24	Lembaran Pb 3mm	-	-	-	Uji Kebocoran Wadah Tabung	Ya
25	Lembaran Pb 2mm (30 cm x 30 cm)	-	-	-	Uji Kebocoran Wadah tabung	Ya
26	Selotip Kertas	-	-	-	Merekatkan alat uji	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13846.459.4.221225
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13846.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

