



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.13946.459.1.231225 TENTANG REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202509111055140325779** dan No. Registrasi BAPETEN **700111.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Rajawali Medika Mandiri
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120002771986/ 022448757428000
Alamat Instansi : Komp Rajawali Sakti Permai B22-23 Jl. Rajawali Sakti Kota Bandung, Jawa Barat, 40183 Telp. (022) 600 5525 Fax. (022) 601 9613
Nama Fasilitas : LUK PT. Rajawali Medika Mandiri
Lokasi Fasilitas : Jl. Rajawali Sakti, Komplek Rajawali Sakti Permai B22-23 , Kota Bandung , Jawa Barat 40183, Telp.0226005525, Fax.0226019613

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **22 Desember 2028**

Ditetapkan di : **Jakarta**


Pada tanggal : **23 Desember 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13946.459.1.231225
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13946.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13946.459.1.231225
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13946.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Tan Tono Sutandi	Direktur Utama (Manajer Puncak)
2.	Manajer Mutu	Bagus Zamani	Direktur Operasional (Manajer Mutu)
3.	Manajer Teknis	Komarajaya	Kepala Divisi Uji Kesesuaian (Manajer Teknis)
4.	Tenaga Ahli	Muhammad Andika	Sertifikat No. 105.02.2.3.01.11112024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 10 November 2029
5.	Tenaga Ahli	Komarajaya	Sertifikat No. 021.02.2.1.01.24032025 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 23 Maret 2030
6.	Tenaga Ahli	Muhammad Andika	Sertifikat No. 075.02.1.2.01.31102023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 30 Oktober 2028
7.	Penguji Berkualifikasi	Muhammad Akbar Wibowo	Sertifikat No. 16RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 09 Agustus 2027
8.	Penguji Berkualifikasi	Muhammad Akbar Wibowo	Sertifikat No. 069.01.1.3.01.11092023 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 10 September 2028
9.	Penguji Berkualifikasi	Muhammad Akbar Wibowo	Sertifikat No. 107.01.1.2.01.18122023 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 17 Desember 2028
10.	Penguji Berkualifikasi	Muhamad Luthfi Kurniawan	Sertifikat No. 103.01.1.1.01.18122023 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku hingga 17 Desember 2028






BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
11.	Penguji Berkualifikasi	Komarajaya	Sertifikat No. 06FR/SPB-00/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku hingga 14 Agustus 2027
12.	Penguji Berkualifikasi	Komarajaya	Sertifikat No. 050.01.2.2.01.10072025 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 09 Juli 2030
13.	Pelaksana Administrasi	Niken Fitri Hastuti	Pelaksana Administrasi 1
14.	Pelaksana Administrasi	Taufik Soleh	Pelaksana Administrasi 2





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveimeter gamma Fluke Biomedical	Fluke Biomedical	451P-DE-SI-RYR	06044	Proses Kalibrasi	Ya
2.	RTI	RTI	Piranha R&F 654 base unit	CB2-10050019	246A89859	Ya
3.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	RTI dose probe	1505103	246F130481	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	8	unit	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Acrylic Phantom	Pro Project	Pro RTG AAPM 31	R-AI-000118	untuk uji AEC radiografi maupun laju dosis tipikal fluoroskopi	Ya
2	Collimator and Beam Test Alignment	GAMMEX	161B 162A	805818-180327-02 800423-12316	untuk uji kolimasi radiografi	Ya
3	X-Ray Analyzer w/ Illuminator	RTI Electronics	Piranha R&F 654	CB2-10050019	Kalibrasi: 11 Juni 2026 Kelengkapan: Charger, Flashdisk, Kabel USB, Hard Case, CoO	Ya
4	Light Probe (Lux-meter)	RTI Electronics	Piranha Light Probe LUX (PLP L) & MON (PLP M)	1108004	untuk uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Dose and Doserate detector	RTI Electronics	RTI Dose Probe	1505103	Kalibrasi: 11 Juni 2026 Kelengkapan: Charger, Flashdisk, Kabel USB, Hard Case, CoO	Ya
6	Lembaran Pb 2 mm uk. 15 x 20 cm	N/A (Lokal)	15 x 20 cm	N/A	untuk uji kebocoran wadah tabung maupun laju dosis maksimum di udara fluoroskopi serta perlindungan reseptor citra	Ya
7	Lembaran Pb 2 mm uk. 20 x 20 cm	N/A (Lokal)	20 x 20 cm	N/A	untuk uji kebocoran wadah tabung maupun laju dosis maksimum di udara fluoroskopi serta perlindungan reseptor citra	Ya
8	Lembaran Pb 2 mm uk. 30 x 30 cm	N/A (Lokal)	30 x 30 cm	N/A	untuk uji kebocoran wadah tabung maupun laju dosis maksimum di udara fluoroskopi serta perlindungan reseptor citra	Ya
9	Cooper Plate Cu 25 x 25 x 25 cm	Pro Project	25 x 25 cm X 2 mm	R-CU-000105	untuk uji laju dosis input reseptor fluoroskopi	Ya
10	Marker	N/A (Lokal)	N/A	N/A	untuk penanda citra	Ya
11	HVL Kit	RTI Electronics	N/A	N/A	untuk uji HVL secara manual	Ya
12	Waterpass	Johnson	Bundar	N/A	untuk menilai kerataan bidang	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
13	Temperature Humidity Meter	TASI	TA622B	22100523	untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan	Ya
14	Mistar Baja	KDS	300 mm	3 ME; MB-30	untuk mengukur panjang	Ya
15	Role Tape (Meter Saku)	KDS	KF 16-35 (Kapasitas 3500 mm)	PK2044631	untuk mengukur jarak	Ya
16	Role Tape (Meter Saku)	KDS	3000 mm	F16-03Y ME	untuk mengukur jarak	Ya
17	Digital Lux Meter	Peak Meter	PM 6612	H12C-J19553	untuk uji iluminasi	Ya
18	Radiocromic Film	N/A (Lokal)	N/A	N/A	untuk uji kolimasi pesawat gigi	Ya
19	Al 21 mm	N/A	N/A	N/A	untuk uji AEC radiografi (milik faskes)	Tidak





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.13946.459.1.231225
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.13946.001

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.
3. Wajib menyediakan Tenaga Ahli sendiri untuk sub lingkup yang relevan paling lama 3 (tiga) tahun sejak KTUN rekomendasi ini diterbitkan.

