



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.13984.459.1.121224**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202402160954114657423** dan No. Registrasi BAPETEN **700016.24** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Visi Yosindo Medikal  
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120001970051/ 700016579216000  
Alamat Instansi : Jl. Inpres No. 268 D, RT. 003 RW. 009 Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 561583  
Nama Fasilitas : LUK PT. Visi Yosindo Medikal  
Lokasi Fasilitas : Jl. Inpres No. 268 D, RT. 003 RW. 009 Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai , Kota Pekanbaru , Riau 28125, Telp.(0761) 561583

Rincian Data Teknis:  
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **11 Desember 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **12 Desember 2024**

a.n. Kepala  
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin  
NIP.196609301993121001





**LEMBAR TAMBAHAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.13984.459.1.121224**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 24.1.13984.001**

**Daftar Sub Lingkup Penunjukan**

<b>No</b>	<b>Sub Lingkup Penunjukan</b>
1.	Radiografi Umum





**LEMBAR TAMBAHAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.13984.459.1.121224**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 24.1.13984.001**

**Daftar Personil**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Manajer Puncak	Novi Dewi Elmita	Direktur Perseroan
2.	Manajer Mutu	Mega Ratu	-
3.	Manajer Teknis	Kardonal	-
4.	Tenaga Ahli	-	-
5.	Penguji Berkualifikasi	Anggi Saputra	Sertifikat No. 026.01.1.1.01.04042024 Sub lingkup Radiografi Umum
6.	Pelaksana Administrasi	Mia Yunita	-





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**Daftar Prasarana**

**Data Alat Ukur Radiasi**

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Gamma RadEye	Thermo Scientific	G-10	36269	159431/LT/RP/06/2024	Ya
2.	Multimeter X Ray RTI	RTI	Cobia Smart R/F	CB3-24102865	2410A91522	Ya

**Alat Pemantauan Dosis Perorangan**

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	2	buah	Ya

**Daftar Peralatan Uji**

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Roll Meter	Krisbow	LRMTS	-	Untuk mengukur jarak	Ya
2	Thermohygrometer	Taffware	HTC-2	-	Untuk mengukur suhu dan kelembapan	Ya
3	Mistar Baja	Krisbow	LRSR12	-	Untuk mengukur jarak	Ya
4	Waterpass	Krisbow	-	-	Untuk mengukur kedataran	Ya
5	Light Meter	BK Precision	615	154E20120	Untuk uji iluminasi	Ya
6	Phantom PMMA	Pure Imaging	Pure PMMA	394PP	Untuk uji AEC radiografi	Ya
7	Al Attenuator	Pure Imaging	-	589AL	Untuk uji AEC radiografi	Ya
8	Filter hvl	Pure Imaging	Pure Hvl	072 H	Untuk uji kualitas berkas sinar-x	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
9	Alat uji kesesuaian dan ketegaklurusan	Pure Imaging	Beam alignment tool	130BAT	Untuk uji kesesuaian lapangan berkas sinar-x	Ya





**LEMBAR TAMBAHAN III**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.13984.459.1.121224**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN**  
**(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)**

**Ketentuan dan Kondisi**

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup yang relevan paling lama sebelum masa berlaku KTUN/rekomendasi ini berakhir. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

