



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.14509.459.1.231224
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202311091428292776658** dan No. Registrasi BAPETEN **700078.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120102331447/ 026550640016000
Alamat Instansi : Plaza Ciputat Mas Jl. Ir. H. Juanda No. 5 A Blok B Kav. P, RT. 004/006, Rempoa, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412 Telp. 021 74786334
Nama Fasilitas : Lembaga Uji Kesesuaian Koperasi JKRL
Lokasi Fasilitas : Plaza Ciputat Mas Blok B Kav. P Jl. Ir. H. Juanda No. 5 A RT. 004/006, Ciputat Timur , Kota Tangerang Selatan , Banten 15412, Telp.(021)7654241, Fax.(021)7654241

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **22 Desember 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **23 Desember 2024**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.14509.459.1.231224
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.14509.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.14509.459.1.231224
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.14509.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Dr. Eko Pudjadi, M.Sc	Kepada NuklindoLab
2.	Manajer Mutu	Dr. Johannes Robert Dumais	Manajer Divisi Jaminan Mutu
3.	Manajer Teknis	Nur Choyin	Manajer Unit Keselamatan dan Uji Kesesuaian
4.	Tenaga Ahli	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 07RU/STA/DKKN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 14 November 2026
		Azizah	Sertifikat No. 078.02.1.4.01.31102023 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 30 Oktober 2028
		Yahya Mustofa	Sertifikat No. 01CT/STA-1/DKKN/II/2022 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d 22 Februari 2027
		Kadek Listuayu	Sertifikat No. 135.02.1.2.01.09122024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku s.d 08 Desember 2029
		Azizah	Sertifikat No. 092.02.1.3.01.25102024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d 24 Oktober 2029





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Kadek Listuayu	Sertifikat No. 044.01.2.3.01.07062024 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d 06 Juni 2029
		Syfa Istiqomah	Sertifikat No. 045.01.2.1.01.07062024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 06 Juni 2029
		Feky Herman	Sertifikat No. 12RU/SPB-01/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 14 November 2026
		Wina Ike Sukmawati	Sertifikat No. 092.01.2.4.01.09112023 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 08 November 2028
		Firli Nadia Adhisti	Sertifikat No. 048.01.2.4.01.07062024 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 06 Juni 2029
		Alex Ripin Budiyanto	Sertifikat No. 16FR/SPB-00/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Fluoroskopi Berlaku s.d 14 November 2026
		Kadek Listuayu	Sertifikat No. 042.01.2.5.01.07062024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d 06 Juni 2029
		Kadek Listuayu	Sertifikat No. 091.01.2.4.01.09112023 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 08 November 2028
		Azizah	Sertifikat No. 046.01.2.1.01.08062024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 07 Juni 2029
		Alex Ripin Budiyanto	Sertifikat No. 03MM/SPB-00/BAPETEN/VII/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 12 Juli 2026
		Wina Ike Sukmawati	Sertifikat No. 047.01.2.1.01.07062024 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 06 Juni 2029
		Alex Ripin Budiyanto	Sertifikat No. 01RU/SPB-00/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Radiografi Umum Berlaku s.d 22 April 2026
		Pranowo Adi Witanto	Sertifikat No. 06MM/SPB-00/BAPETEN/XI/2021 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 14 November 2026
		Syfa Istiqomah	Sertifikat No. 049.01.2.4.01.07062024 Sub lingkup Mamografi Berlaku s.d 06 Juni 2029
		Azizah	Sertifikat No. 128.01.1.5.01.03122024 Sub lingkup CT-Scan Berlaku s.d 02 Desember 2029
Syfa Istiqomah	Sertifikat No. 089.01.1.2.01.07102024 Sub lingkup Pesawat Gigi Berlaku hingga 06 Oktober 2029		





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Erfansyah Ilham	Staf Administrasi Uji Kesesuaian





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter	Thermo Scientific	RadEye B20	30230	135740-2 / LT / KAUR / 01 / 2024	Ya
2.	Multimeter X-Ray RaySafe	Ray Safe	X2 R/F	292222	o70016805i292222-A-1	Ya
3.	Multimeter X-Ray RaySafe	Ray Safe	X2 CT	293436	o70016750i293436-1	Ya
4.	Multimeter X-Ray RaySafe	Ray Safe	X2 MAM	298204	o70016770i298204-A-1	Ya
5.	Multimeter X-Ray IBA	IBA Dosimetry	XR Detektor	R16-0456	XR IBA SN.R16-0456	Ya
6.	Multimeter X-Ray IBA	IBA Dosimetry	XM Detector	M16-0323	Sertifikat XM IBA	Ya
7.	Multimeter X-Ray IBA	IBA Dosimetry	DCT10-MM	2360	Sertifikat DCT IBA	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	8	pcs	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Luxmeter	IBA	MM-LS	24192	Uji Iluminasi	Ya
2	Luxmeter	Krisbow	10176593	10176593-0094-0122	Uji Iluminasi	Ya
3	Roll meter	Krisbow	-	-	Mengukur SDD dan SOD	Ya
4	Roll meter	Tekiro	GT-MT1718	-	Mengukur SDD dan SOD	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Penggaris	Kenko	-	-	Mengukur Lapangan Kolimasi dan Pergeseran Meja	Ya
6	Waterpass	Pro-Project	-	-	Mengukur kerataan permukaan	Ya
7	Digital Thermohygrometer	Beurer	HM16	-	Mengukur Suhu dan Kelembaban	Ya
8	Collimator test tools	Pro-Project	Pro-RF Geometry	R-CG-000307	Uji Kolimasi	Ya
9	Collimator test tools	Gammex	161B	800422-170808-01	Uji Kolimasi	Ya
10	Beam Alignment test tool	Gammex	162A	800423-12262	Uji Kolimasi	Ya
11	Beam Alignment test tool	Pro-Project	Pro-RF Geometry	R-CG-000279	Uji Kolimasi	Ya
12	Test Phantom	IBA	Primus L	-	Uji Kualitas Citra pada Fluoroskopi	Ya
13	Fantom AEC	Leeds	TOAEC	122	Uji AEC	Ya
14	Fantom ACR	Gammex	156	800004-1806106	Uji Kualitas Citra Mammografi	Ya
15	Fantom Citra CT Scan	Catphan	500	-	Uji Kualitas Citra CT Scan	Ya
16	Fantom Mammografi	Artinis	PASMAM 1054	1609	Uji Kualitas Citra Mammografi	Ya
17	Fantom CTDI	IBA	-	-	Uji CTDI kepala dan badan	Ya
18	Film Gafchromic XR	-	QA2	1012	Uji Kolimasi Dental	Ya
19	HVL Filter	Raysafe	SIS 4007	1901017-A	Uji HVL	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
20	21 mm Al Attenuator	Pro-Project	Pro RF Al 21	R-PN-000160	Uji AEC	Ya
21	Cu Plates	Pro-Project	Pro RF AEC Cu	R-CU-000597; R-CU-000532; R-CU-000596; R-CU-000531	Uji Laju dosis permukaan II dan Akurasi KV pad Fluoroskopi	Ya
22	Densitometer	Pehamed	Densoquick 2	N7042	Mengukur optical density	Ya
23	Kompresi	Pro-MAM Compress	03-103	M-CS-000492	Uji Kompresi pada Mammografi	Ya
24	Lembaran Pb 3mm	-	-	-	Uji Kebocoran Wadah Tabung	Ya
25	Lembaran Pb 2mm (30 cm x 30 cm)	-	-	-	Uji Kebocoran Wadah tabung	Ya
26	Selotip Kertas	-	-	-	Merekatkan alat uji	Ya





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.14509.459.1.231224
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Ketentuan dan Kondisi

1. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
2. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

